

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԻՑԻՆԱԿԱՆ ՍՊԸ-Ն ԸՆ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Northern Meditec	Northern Meditec	Atlas N5	Northern Meditec Limited	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ. VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են Նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Երկու Ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով` 12", 800 x 600 պիքսել Առանձին Ներկառուցված թթվածնային

հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման  
հնարավորությամբ Արտացոլում  
մոնիտորի վրա. Ճնշում-ժամանակ,  
հոսք-ժամանակ, գազի  
կոնցենտրացիա, օգտագործողի  
կարգավորմամբ Պարամետրերը.  
Շնչառական ծավալը` 5-ից 1500 մլ  
տիրույթում Ներշնչման հոսքը` 120  
լ/ր Շնչառության հաճախությունը`  
4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E  
ratio 4:1 - 1:10 Ճնշման  
հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O  
Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) -  
50 սմ H2O PEEP` 3 - 20 սմ H2O  
միջակայքում Մարտկոցի  
առկայություն Անզգայացման սարքի  
աշխատանքը մարտկոցով ոչ  
պակաս քան 120 րոպե  
Ազդանշաններ. O2 գազի  
մատակարարման ճնշում, օդ,  
Էլեկտրամատակարարում,  
համակարգի անսարքություն,  
փորձարկման ձախողում, ճնշումներ  
` pmax, pmin, PEEP max,  
հաճախականություն, ծավալներ`  
MVmax, MVmin, Vtmin Այլ  
պահանջներ Երկու գոլորշիացնող  
սարքերի համար գոլորշիացնող  
ամրակների առկայություն O2

չափման համակարգի առկայություն  
Իգոյուրանի և սեվոֆյուրանի  
գոլորշիացուցիչների առկայություն  
Հուլիսի CO2 կլանիչ Սոււցում՝ 220  
Վ, 50/60 Հg Հիմնական լրակազմ  
Անիվներով հենքի վրա  
օդափոխության սարք, հիվանդի  
կոնտուրի բռնակ, գազի  
աղբյուրներին միացնելու  
խողովակների համալիր Հոսքի  
տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային  
կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր,  
բազմակի օգտագործման 2 հատ  
(Մեծահասակների, երեխաների)  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն  
կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր  
լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ  
նախատեսված սարքավորման  
լիարժեք շահագործման համար  
(բռնակներ, բազմակի  
օգտագործման համար  
նախատեսված շնչառական  
խողովակներ մեծահասակների  
երեխաների և նորածինների համար

				<p>2 հավաքածու, 5 կգ արտորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2023/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					