

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք WATO EX-65	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք WATO EX-65	WATO EX-65	Mindray	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ VCV, PCV, PSV, SIMV, PSV-VG (համարժեք է PRVC-ին), Manual/Spont Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Երկու ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով՝ 15" 1024 x 768 պիքսել Առանձին

Նեոկառուցված թթվածնային
 հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման
 հնարավորությամբ Արտացոլում
 մոնիտորի վրա Ճնշում-ժամանակ,
 հոսք-ժամանակ, գազի
 կոնցենտրացիա, օգտագործողի
 կարգավորմամբ Պարամետրերը
 Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ
 Ներշնչման հոսքը՝ 120 լ/ր
 Շնչառության հաճախությունը՝ 2-ից
 100 շնչ/րոպ միջակայքում I:E ratio
 4:1 - 1:10 Ճնշման հսկողություն
 (PEEP + 5) - 70 սմ H₂O Ճնշման
 աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ
 H₂O PEEP՝ 3 - 30 սմ H₂O
 միջակայքում Մարտկոցի
 առկայություն Անգայացման սարքի
 աշխատանքը մարտկոցով 240 րոպե
 Ազդանշաններ O₂ գազի
 մատակարարման ճնշում, օդ,
 էլեկտրամատակարարում,
 համակարգի անսարքություն,
 փորձարկման ձախողում, ճնշումներ
 ՝ pmax, pmin, PEEP max,
 հաճախականություն, ծավալներ ՝
 MVmax, MVmin, Vtmin Այլ
 պահանջներ Երկու գոլորշիացնող
 սարքերի համար գոլորշիացնող
 ամրակների առկայություն O₂

					չափման համակարգի առկայություն Իզոյուրանի և սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն Հոսալի CO2 կլանիչ Սնուցում՝ 220 վ, 50/60 Հց Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (Մեծահասակների, երեխաների) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ Նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար Նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների
--	--	--	--	--	--

				երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 CE Mark
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2023/32
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					