

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HFEOT99	HFEOT99	HFEOT99	SHANGHAI FANGZHENG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից 4 անիվների առկայություն Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն Սեղանի մակերեսի երկարությունը` 2100 մմ ± 100 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը` 550 մմ ± 20 մմ Սեղանի նվազագույն բարձրությունը` 730 մմ ± 50 մմ Սեղանի առավելագույն բարձրությունը` 980 մմ ± 50 մմ Հորիզոնական և երկայնական

				<p>շարժումն՝ 330 մմ ± 30 մմ Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ 75°/20° Տրենդեյլենբուրգ / Rev տրենդեյլենբուրգ ՝ -25°/+25° Սեղանի թեքում (ծախ / աջ)՝ 15 աստիճան Գլխային հատվածի թեքում (Tilit)՝ 45°/90° Ուղքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15°/90° Ուղքերի հատվածի թեքումը ՝ 90° Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև 110մմ Սնուցում՝ 220Կ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են ընդհանուր վիրաբուժության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HFEOT99	HFEOT99	HFEOT99	SHANGHAI FANGZHENG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Универсальный операционный стол (электрический) Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали. Наличие не менее чем 4 колес Наличие центрального тормоза (в виде ножки) Длина поверхности стола составляет не менее чем 2100 мм ± 100 мм Ширина поверхности стола составляет не менее чем 550 мм ± 20 мм Минимальная высота стола: не менее чем 730 мм ± 50 мм Максимальная высота стола: не менее чем 980 мм ± 50 мм Горизонтальное и продольное

				<p>перемещение не менее чем 330 мм ± 30 мм Перемещение (задняя панель вверх /вниз): не менее чем 70°/10° Тренделенбург: не менее чем -25°/+25° Наклон стола (влево/вправо) не менее чем 15 градусов Изгиб головы (наклон) не менее чем 40°/90° Движение ног (вверх/вниз): 15°/90° Наклон ножек составляет не менее чем 90° Движение почечного моста вверх не менее чем 110 мм Питание 220В/50Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пуско- наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным Система должна включать в себя все необходимые принадлежности, необходимые для проведения полных общехирургических операций Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент</p>
--	--	--	--	---

