

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արամ Խաչատրյան Սասունի Ա/Ձ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	<p>ՈՒՁՀ շարժական սարք: Դյուրակիր ուլտրաձայնային հետազոտման սարք, 2 տվիչով Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ - համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային զուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված Էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, աղմուկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ոլորտները. Որովայնային, մանկաբարձություն, վահանագեղձ և կրծքագեղձի հետազոտություններ, տրանսկրանիալ, սրտի հետազոտություններ, կմախքամկանային, փոքր մասնիկների և անոթների դոպլերը</p>

հետազոտություններ: Ցուցադրման Էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային՝ ոչ պակաս 15 դույմ, Սկանավորման մեթոդներ՝ Էլեկտրոնային կոնվեքս, Էլեկտրոնային գծային Էլեկտրոնային սրտաբանական Ֆազային պատկերման ռեժիմներ: 2D (B ռեժիմ) B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, M-ռեժիմ, իմպուլս և անընդհատ ալիքային ռեժիմ PW/CW, գունավոր դոպլեր (CDI), հյուսվածքային և զտված հարմոնիկ ռեժիմ (THI/PHI), Էներգետիկ դոպլեր և ուղղորդված Էներգետիկ դոպլեր պատկերավորում (PDI/DPDI), Հյուսվածք- կախյալ պատկերավորում (TSI), տրապեցանման պատկերավորում: Ցուցադրման ռեժիմների համակցում. 256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B+CDI, B+PDI, B+M,B+PW, B+CDI+PW,B+PDI+PW,B+CW,B+CDI+CW,B+PDI+CW ԷԿԳ առկայություն, Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր տվիչների հետ ակտիվացման հնարավորություն յուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի համար երեք ընտրովի հաճախականություններ: Անհատական ռեժիմներում պատկերի ստացման ալգորիթմի օպտիմալացման և աղմուկի նվազեցման հնարավորություն: Անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար օպտիմալացման առկայություն Տրապեցանման պատկերավորում բոլոր գծային տվիչների օգնությամբ, կրծքագեղձի, անոթների, կմախքամկանային և վահանագեղձի պատկերավորման ռեժիմներում կիրառման համար: Տվիչի միաժամանակ միացման համար ակտիվ կոնեկտոր,անմիջապես

համակարգի վրա՝ 3: Պատկերի ձևաչափը. Ամբողջական
, բաժանված, բազմակի, ձախ /աջ, վերև/ ներքևի
պատկերավորում B ռեժիմ. Ուլտրաձայնի ուժեղացում՝
կարգավորվող, խորությունը՝ ոչ պակաս 40 սմ,
Պատկերի խոշորացում՝ ոչ պակաս 10 անգամ, Դինամիկ
տիրույթը՝ ոչ պակաս 180դբ, Հյուսվածքային
պատկերավորման օպտիմիզացիայի 4 տեսակ (ճարպ,
մկան, հեղուկ, նորմալ), Ավտոմատ օպտիմալացման
առկայություն, իմպուլս- ալիքային ռեժիմում
արագության միջակայք, 0,01-12 մ/վ, դիրքի և ծավալի
կարգավորում իմպուլս ալիքային դոպլերի համար՝ ոչ
պակաս 0,8-20 մմ, անընդհատ ալիքային դոպլեր
ռեժիմում արագության միջակայք՝ ոչ պակաս 0,01- 40
մ/վ, Չափումներ և հաշվետվություններ, բոլոր
ստանդարտները B,M և դոպլեր ռեժիմներում, Որովայնի
խոռոչ, կրծքագեղծ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա,
մանկաբարձական, մանկաբուժական, փոքր մասեր,
վահանագեղծ, տրանսկրանիալ, անոթային, ստանդարտ
կենսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի
կողմից ընտրովի հաշվետվություններ, բոլոր
հաշվետվությունները ավտոմատ կերպով պահվում են
համակարգում, Ավտոնոմիայի ժամանակը՝ ոչ պակաս
1,5 ժամ, Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը՝ 220Վ/ 50Հց
Տվիչների լրակազմ. Էլեկտրոնային կոնվեքս.
Հաճախականությունը՝ 1-ից 7 ՄՀց, Բացվածքը՝ 50 մմ,
ոչ պակաս Էլեկտրոնային գծային.
Հաճախականությունը՝ 4-ից 16 ՄՀց Բացվածքը՝ 50 մմ,
ոչ պակաս Երաշխիք՝ 12 ամիս: Համակարգի
կարգաբերում : Սարքը նոր , չօգտագործված:

				<p>Պարագաներ: Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները՝ սարքավորման ամբողջական գործարկման համար: վկայականների պատճեն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Вега Уорлд ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-000000000-23/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				