ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ավտոմատ հեմատոլոգիական MicroCC20 plus VET	Էյչ Թի Այ	MicroCC20 Plus VET	Հայ Թեքնոլոջի	MicroCC20 VET /made in USA :Ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչ՝ նախտեսված կենդանիների արյան ընդհանուր քննության համար: Այն որոշում է 20 պարամետր, 3 հիստոգրամ, լեյկոցիտների 3 մասի դիֆերենցիացիա: Չափվող պարամետրերը՝ WBC, LYM#, MON#, GRA#, LYM%, MON%, GRA%, RBC, HCB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, P-LCR Չափման մեթոդը՝ էլեկտրական դիմադրություն WBC, RBC, PLT Կալորիմետրիա՝ HGB:

					Ճշգրտությունը՝ WBC (109/L) 2.0% (7.0-15.0) RBC (1012/L) 5% (3.50-6.00), HGB (g/L) 1.5% (110-180) MCV (fL) 0.4% (80.0-110.0), PLT (109/L) 4% (100-500): Չափման տևողությունը ՝ 55վ/ 60 թեսթ 1 ժամում Նմուշի ծավալը՝ նախապես նոսրացված 20 մկլ; Ամբողջական արյուն 9,8 մկլ Մինչև 50,000 թեստ հիշողություն Էկրանը՝ 10.4’’ հպումային LCD Ինտերֆեյս՝ LIS , Ethernet port, RS-232 port, USB, LAN, PS/2 keyboard and mouse interface CE, ISO 13485, ISO 9001, FDA հավաստագրերի առկայություն Զանգվածը 18կգ Ազդանյութեր 1Դիլյուենտ 501-160R, Դիլյուենտ 501-160R ազդանյութ նախատեսված HTI MicroCC-20Plus ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատորի համար, 20լ տարրայով 2Մաքրող լուծույթ (Էնզիմատիկ) 501-162R Մաքրող լուծույթ (Էնզիմատիկ) 501-162R ազդանյութ նախատեսված HTI MicroCC-20Plus ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատորի համար, 1լ տարրայով 3Հեմոլիտիկ լուծույթ 501-161R, 1L Հեմոլիտիկ լուծույթ 501-161R ազդանյութ

					նախատեսված HTI MicroCC-20Plus ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատորի համար, 1լ տարրայով 4Էնզեմատիկ մաքրող խտանյութ Էնզեմատիկ մաքրող խտանյութ, ազդանյութ նախատեսված նախատեսված HTI MicroCC-20Plus ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատորի համար 50մլ տարրայով 5Հիպոքլորիտ պարունակող մաքրող խտանյութ Հիպոքլորիտ պարունակող մաքրող խտանյութ նախատեսված HTI MicroCC-20Plus ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատորի համար 50մլ տարրայով Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդպրո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	гематологического анализатора HTI MicroCC-20Plus	Эйч Ти Ай	MicroCC20 Plus VET	Хай технолоджи	MicroCC20 VET /производство США: Автоматический гематологический анализатор, предназначенный для общего исследования крови животных. Определяет 20 параметров, 3 гистограммы, 3 типа дифференцировки лейкоцитов. Измеряемые параметры: WBC, LYM#, MON#, GRA#, LYM%, MON%, GRA%, RBC, HCB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, P - Метод измерения LCR: электрическое сопротивление WBC, RBC, PLT Калориметрия: HGB. Точность: WBC (109/л) 2,0%

					(7,0-15,0) RBC (1012/л) 5% (3,50-6,00), HGB (г/л) 1,5% (110-180) MCV (fL) 0,4% (80,0)) -110,0), PLT (109/л) 4% (100-500). Продолжительность измерения: 55 с/60 тестов за 1 час. Объем образца: предварительно разбавленный 20 мкл; Цельная кровь 9,8 мкл Память до 50 000 тестов Экран: 10,4-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей Интерфейс: LIS, порт Ethernet, порт RS-232, USB, LAN, интерфейс клавиатуры и мыши PS/2 CE, ISO 13485, ISO 9001, наличие сертификатов FDA Вес 18 кг Агенты 1 Diluent 501-160R, Diluent 501-160R агент, предназначенный для автоматического гематологического анализатора HTI MicroCC-20Plus, с баком 20 л 2 чищающий раствор (энзимный) 501-162R Очищающий раствор (ферментативный) 501-162R реагент, предназначенный для автоматического гематологического анализатора HTI MicroCC-20Plus, с баком 1 л 3Гемолитический раствор

					501-161R, 1л Гемолитический раствор 501-161R для автоматического гематологического анализатора HTI MicroCC-20Plus, контейнер 1л. 4 Концентрат ферментной очистки Концентрат ферментной очистки, активный ингредиент, разработанный для автоматического гематологического анализатора HTI MicroCC-20Plus с картриджем 50 мл 5 Чистящий концентрат, содержащий гипохлорит Чистящий концентрат, содержащий гипохлорит, предназначенный для автоматического гематологического анализатора HTI MicroCC-20Plus с картриджем 50 мл Гарантийный срок: 2 года