

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/15-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |   |
|-----------------|---|---------------------|---|
|                 | ապրանքային նշանը                          | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 81              | StatSensor<br>Creatinine - Test<br>Strips | Nova Biomedical     | <p>Կրեատինինի որոշման էքսպրես թեստ ստրիպ, որը նախատեսված է StatSensor Xpress սարքի համար: Ֆորմատ՝ 50 թեստ ստրիպ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 °C ջերմաստիճանում: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող StatSensor Xpress (հանդիսանում է փակ համակարգ) սարքերով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ կրեատինինի որոշման էքսպրես թեստ ստրիպով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023/15-14-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 81         |                    |                               |                            |