

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/107 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հողում ազոտ որոշող անալիզատոր	Հողում ազոտ որոշող անալիզատոր	Հողում ազոտ որոշող անալիզատոր	Հողում ազոտ որոշող անալիզատոր	Հողում, կերերում, սերմում, բույսում, պարարտանյութում Կելովալի մեթոդով ազոտի որոշման համակարգ: 1. Տարրալուծման ինֆրակարմիր համակարգ՝ հիմնված ինֆրակարմիր տեխնոլոգիայի վրա, սրվակները տաքացվում են ինֆրակարմիր ճառագայթների միջոցով, որն ապահովում է արագ տաքացում և սառեցում: Սարքը ունի հնարավորություն ժամանակակից լաբորատորիներում օգտագործվող նմուշների լայն տեսականի մշակելու: Համակարգը բաղկացած է հիմնական ագրեգատից,

երկաստիճան կոնսուլից,
փորձանոթներով շարժական
դարակից, կաթիլային սկուտեղով
ելքային կուլեկտորից, ջրի շիթային
պոմպից և խողովակներից: Շնորհիվ
տաքացման և հովացման կարճ
ժամանակահատվածների
տարրալուծումը ևս տեղի է ունենում
կարճ ժամանակամիջոցում:
Օգտագործելով ժամանակակից
էլեկտրոնային կարգավորումները,
հնարավոր է ստեղծել՝ առնվազն 9
տարբեր ծրագրեր: Ծրագրերից
յուրաքանչյուրը հնարավորություն
ունի սահմանել տաքացման
առնվազն 9 տարբեր մակարդակներ
և ժամանակահատվածներ:
Տվյալների արտահանում LIMS
միկրոպրոցեսորով կառավարվող ,
կարող է պահպանել 99 ծրագիր:
Տաքացման տեղերը՝ 6 հատ,
փորձանոթի չափսերը՝ 250-300մլ,
հզորությունը՝ 2000 վատտ, լարումը՝
220-240 Վ, հաճախականությունը՝
50-60Հց հզորությամբ:
Համապատասխան
սերտիֆիկատների առկայություն՝
ISO 9001, ISO 17025 և GLP:
Համապատասխանում է հետևյալ

ստանդարտներին՝ DIN EN ISO, AOAC, EPA, ASTM, APHA Ph. Eur.

2.5.33 և այլն: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: 2.

Գոլորշիով թորման սարք ըստ Կելդալի մեթոդի-նախատեսված է ազոտի որոշման համար, սակայն համապատասխան նմուշապատրաստումից հետո տալիս է նաև այլև ցնդող թթուների, ծծմբի երկօքսիդը, ամոնիումի, ֆորմալդեհիդի, ֆենոլի, սպիրտների, վիցինալ դիկետոնների, ջրածնի ցիանիդի որոշման հնարավորություն: Համակարգն ունի գոլորշու ավտոմատ գեներատոր: Տվյալների արտահանում LIMS: Տարբեր չափերի փորձանոթների օգտագործման հնարավորության ապահովում՝ Կելդալի կոլբաների փոխարեն: Փոփոխական գոլորշու հզորությունը՝ 10-100%, սենսորային էկրան՝ առնվազն 7 դույմ 480*800 պիքսել, սպասարկման ռեժիմի առկայությամբ, թորման ժամանակը առավելագույնը 3,5 րոպե/նմուշ, վերականգնում՝ 99,5%, վերարտադրելիությունը՝ $\pm 1\%$,

				<p>սառեցվող ջրի ճնշումը 1-6 բար: Հայտնաբերման սահմանը 0,1մգ, հզորությունը՝ 2000Կտ, լարումը՝ 220-240Կ, հաճախականությունը 50-60Հց: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի: Համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ DIN EN ISO, AOAC, EPA, ASTM, ԵՄ հրահամգ, APHA, Ph. Eur. 2.5.33: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ ISO 9001, ISO 17025 և GLP: Համակարգի տեղադրում և աշխատանքային զրոյական վիճակի ապահովում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/107 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Հողում ազոտ որոշող անալիզատոր	Հողում ազոտ որոշող անալիզատոր	Հողում ազոտ որոշող անալիզատոր	Հողում ազոտ որոշող անալիզատոր	<p>Հողում, կերերում, սերմում, բույսում, պարարտանյութում Կելովալի մեթոդով ազոտի որոշման համակարգ: 1. Տարրալուծման ինֆրակարմիր համակարգ՝ հիմնված ինֆրակարմիր տեխնոլոգիայի վրա, սրվակները տաքացվում են ինֆրակարմիր ճառագայթների միջոցով, որն ապահովում է արագ տաքացում և սառեցում: Սարքը ունի հնարավորություն ժամանակակից լաբորատորիներում օգտագործվող նմուշների լայն տեսականի մշակելու: Համակարգը բաղկացած է հիմնական ագրեգատից,</p>

երկաստիճան կոնսուլից,
փորձանոթներով շարժական
դարակից, կաթիլային սկուտեղով
ելքային կուլեկտորից, ջրի շիթային
պոմպից և խողովակներից: Շնորհիվ
տաքացման և հովացման կարճ
ժամանակահատվածների
տարրալուծումը ևս տեղի է ունենում
կարճ ժամանակամիջոցում:
Օգտագործելով ժամանակակից
էլեկտրոնային կարգավորումները,
հնարավոր է ստեղծել՝ առնվազն 9
տարբեր ծրագրեր: Ծրագրերից
յուրաքանչյուրը հնարավորություն
ունի սահմանել տաքացման
առնվազն 9 տարբեր մակարդակներ
և ժամանակահատվածներ:
Տվյալների արտահանում LIMS
միկրոպրոցեսորով կառավարվող ,
կարող է պահպանել 99 ծրագիր:
Տաքացման տեղերը՝ 6 հատ,
փորձանոթի չափսերը՝ 250-300մլ,
հզորությունը՝ 2000 վատտ, լարումը՝
220-240 Վ, հաճախականությունը՝
50-60Հց հզորությամբ:
Համապատասխան
սերտիֆիկատների առկայություն՝
ISO 9001, ISO 17025 և GLP:
Համապատասխանում է հետևյալ

ստանդարտներին՝ DIN EN ISO, AOAC, EPA, ASTM, APHA Ph. Eur.

2.5.33 և այլն: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: 2.

Գոլորշիով թորման սարք ըստ Կելդալի մեթոդի-նախատեսված է ազոտի որոշման համար, սակայն համապատասխան նմուշապատրաստումից հետո տալիս է նաև այլև ցնդող թթուների, ծծմբի երկօքսիդը, ամոնիումի, ֆորմալդեհիդի, ֆենոլի, սպիրտների, վիցինալ դիկետոնների, ջրածնի ցիանիդի որոշման հնարավորություն: Համակարգն ունի գոլորշու ավտոմատ գեներատոր: Տվյալների արտահանում LIMS: Տարբեր չափերի փորձանոթների օգտագործման հնարավորության ապահովում՝ Կելդալի կոլբաների փոխարեն: Փոփոխական գոլորշու հզորությունը՝ 10-100%, սենսորային էկրան՝ առնվազն 7 դույմ 480*800 պիքսել, սպասարկման ռեժիմի առկայությամբ, թորման ժամանակը առավելագույնը 3,5 րոպե/նմուշ, վերականգնում՝ 99,5%, վերարտադրելիությունը՝ $\pm 1\%$,

				<p>սառեցվող ջրի ճնշումը 1-6 բար: Հայտնաբերման սահմանը 0,1մգ, հզորությունը՝ 2000Կտ, լարումը՝ 220-240Կ, հաճախականությունը 50-60Հց: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի: Համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ DIN EN ISO, AOAC, EPA, ASTM, ԵՄ հրահամգ, APHA, Ph. Eur. 2.5.33: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ ISO 9001, ISO 17025 և GLP: Համակարգի տեղադրում և աշխատանքային զրոյական վիճակի ապահովում:</p>
--	--	--	--	--