

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձեռներալ Մորիս-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-113/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Թերմոստատ, կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար: $+50 \pm 50 \div +300\text{C}$ , աշխատանքային ծավալը 50-60 դմ3, Սահմանված ջերմաստիճանի պահպանման անկայունություն $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ , Ջերմաստիճանի դաշտի տարասեռություն աշխատանքային ծավալում $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ :







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\angle\cup\text{E}\text{C}-\text{E}\cup\Delta\cup\text{M}\text{Q}\text{P}-113/23$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Термостат для определения биохимического потребления кислорода. $+50\pm 50\div +300\text{C}$ . Рабочий объем камеры 50-60 дм <sup>3</sup> , Нестабильность поддержания установленной температуры $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , Неоднородность температурного поля в рабочем объеме $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$