

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-113/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը   |
|--------------------|---|
| 2                  | Թերմոստատ, կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար: $+50 \pm 50 \div +300\text{C}$ , աշխատանքային ծավալը<br>50-60 դմ3, Սահմանված ջերմաստիճանի պահպանման անկայունություն $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ , Ջերմաստիճանի դաշտի<br>տարասեռություն աշխատանքային ծավալում $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ : Faithful SPX-70BIV |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Гриш Лшр» УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-113/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 2          | Термостат для определения биохимического потребления кислорода. $+50 \pm 50 \div +300$ С. Рабочий объем камеры 50-60 дмЗ , Нестабильность поддержания установленной температуры $\pm 0.5$ °С, Неоднородность температурного поля в рабочем объеме $\pm 0.5$ °С Faithful SPX-70BIV |