# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Երմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 20 | Meditech Egupment Co ltd Մեդիտեք | MD 9012 | MD 9012 | Meditech Egupment Co ltd Մեդիտեք | Հիվանդի մոնիտոր; Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) ; Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | արտացոլվում է էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով; Դիսփլեյ/էկրան; Դիսփլեյ. գունավոր TFT կամ LCD էկրան, էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, քան 12,1”, ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի; Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ; Դիսփլեյի պիքսելները 800x600; Մոնիտորի ինտերֆեյսը; էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով; Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ 2.5 ժամ; Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց; Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար; Համակարգի ընդլայնում; Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում; Մոնիտորինգի պարամետրերը |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ներառում են՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն; Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ; NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (360 ժամ); Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն; Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ; ECG; Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ; Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ; Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը 25-ից 250 բ/ րոպե ; Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան; NIBP; Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, ; Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն; Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ 2-60 րոպե; Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե; Սրտի հաճախության միջակայքը՝ 40-220 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հարված մեկ րոպեի ընթացքում; Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN; Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult ռեժիմ; SYS: 40-240 mmHg; DIA: 13-210 mmHg; MEAN: 26-230 mmHg; Pediatric ռեժիմ; SYS: 40- 200 mmHg; DIA: 13-150 mmHg; MEAN: 26-160 mmHg; Neonatal ռեժիմ; SYS: 10 -135 mmHg; DIA: 13 -100 mmHg; MEAN: 26-110 mmHg; Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg; Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg; Առավելագույն ստանդարտ շեղումը `± 8 mmHg; Պաշտպանություն գերճնշումից; Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg; Pediatric ռեժիմ: 240±3 mmHg; Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHg; SpO2; Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան); Չափման միջակայք՝ 1-100%; Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100%; Թողունակությունը՝ 1 %; Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5; Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Զարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Զարկերակային արագություն; |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Երմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 20 | | | | | Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե; Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե; Շնչառություն (Respiration); Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան); Մեթոդը՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև; Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄΩ; Իմպեդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω; Իմպեդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω; Թողունակություն՝ 0.3-2.5 <g; Շնչառության հաճախություն; Չափման և ազդանշանային միջակայք ; Adult: 0-120 rpm; Neo/Ped: 0 -150 rpm; Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե; Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե; Ապնոե ահազանգ ՝ 10-40 S; Ջերմաստիճան; Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան); 2 կանալ; Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C; Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C; Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ; Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի); NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար; NIBP ճարմանդներ երեխաների համար; NIBP ճարմանդներ նորածինների համար; Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար; Էլեկտրական լար; Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ); SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար; Նշում. Մոնիտորների հետ մատակարարվող ընդհանուր 11 հատ մեծահասակների համար բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներից բացի պետք է մատակարարվի նաև նույն մոնիտորներին համատեղելի նորածինների համար նախատեսված 4 հատ բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք: |