ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Meditech Egupment Co ltd Մեդիտեք	MD 9012 CO2	MD 9012 CO2	Meditech Egupment Co ltd Մեդիտեք	Հիվանդի մոնիտոր CO2 վերլուծիչով; Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2), պուլսի հաճախությունը (HR) և ածխաթթու գազի (CO2) հագեցվածությունը արտաշնչված օդի մեջ (EtCO2); Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ

						չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով; Դիսփլեյ/էկրան; Դիսփլեյ. գունավոր TFT հպումային էկրան, էկրանի անկյունագիծը 12,1", 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր; Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ; Դիսփլեյի պիքսելները 800x600; Մոնիտորի ինտերֆեյսը; Ոչ պակաս քան էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով; Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ 2.5 ժամ; Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց; Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար; Համակարգի ընդլայնում; Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում; Մոնիտորինգի պարամետրերը

					ներառում են ՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, EtCO2, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն; Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ; NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, EtCO2, տվյալների պահպանում (360 ժամ); Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն; Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր (ըստ ցանկության); ECG; Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ; Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ; Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ 25-ից 250 բ/ րոպե ; Ազդանշանային ռեժիմ ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան; NIBP; Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, ; Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT; Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ 2-60 րոպե; Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե; Սրտի հաճախության միջակայքը՝ 40-220

					հարված մեկ րոպեի ընթացքում; Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN; Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult ռեժիմ; SYS: 40-240 mmHg; DIA: 13-210 mmHg; MEAN: 26-230 mmHg; Pediatric ռեժիմ; SYS: 40- 200 mmHg; DIA: 13-150 mmHg; MEAN: 26-160 mmHg; Neonatal ռեժիմ; SYS: 10 -135 mmHg; DIA: 13 -100 mmHg; MEAN: 26-110 mmHg; Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg; Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg; Առավելագույն ստանդարտ շեղումը՝ ± 8 mmHg; Պաշտպանություն գերճնշումից; Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg; Pediatric ռեժիմ: 240±3 mmHg; Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHg; SpO2; Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան); Չափման միջակայք՝ 1-100%; Ահազանգի միջակայք՝ 40-100%; Թողունակությունը՝ 1 %; Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5; Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Զարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Զարկերակային արագություն;

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21					Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե; Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն ՝ ± 2 բաբախ/րոպե; Շնչառություն (Respiration); Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան); Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև; Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄΩ; Իմպեդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω; Իմպեդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω; Թողունակություն՝ 0.3-2.5 <g; Շնչառության հաճախություն; Չափման և ազդանշանային միջակայք ; Adult: 0-120 rpm; Neo/Ped: 0 -150 rpm; Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե; Ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե; Ապնոե ահազանգ՝ 10-40 S; Ջերմաստիճան; Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան); 2 կանալ; Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C; Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C; Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ;

						Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. EtCO2; Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան); EtCO2 (կողային հոսք); Մեթոդը՝ ինֆրակարմիր սպեկտր; Սահմանները՝ 0.0-13%; Թողունակությունը՝ 1 mmHg (0.1%); Ճշգրտությունը՝ 5% EtCO2; Պարագաներ; Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի); NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար; NIBP ճարմանդներ երեխաների համար; Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար; Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար; Էլեկտրական լար; Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ); SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար; EtCO2-ի չափման հավաքածու; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և

					պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ -ISO13485 -CE Mark