# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 19 | Beijing Jinhengwei Technology Development Co., Ltd., | HV-300A | HV-300A | Beijing Jinhengwei Technology Development Co., Ltd., | Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ; Բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն; Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար՝ 400 Վտ 300 Ω-ի համար ; Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 200 Վտ 300 Ω-ի համար; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Առավելագույն ելք երկբևեռ կտրման ռեժիմ՝ 150 Վտ 200 Ω-ի համար ; Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 150Վտ 100 Ω-ի համար ; Ունի 4 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1,2,3), 4 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), 1 երկբևեռ կտրվածք և 3 երկբևեռ կոագուլացիա; Միաբևեռ կտրվածք; Ունի մաքուր կտրվածք, խառնուրդ 1,2,3; Միաբևեռ կոագուլացիա; Ունի կոնտակտ, ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա, նուրբ և ուժեղացված կոագուլացիա; Երկբևեռ կտրվածք; Ունի երկբևեռ մաքուր կտրվածք; Երկբևեռ կոագուլացիա; Ունի մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա ; Ակտիվացում; Ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ; Ունի երկբևեռ ունելի, ոտնակ (ձեռքի ռեժիմ); 4 միակցիչների առկայություն միաբևեռ և երկբևեռ գործիքների համար; Վերահսկում; Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | շարունակական մոնիտորինգ; Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում, գործիքների ավտոմատ ճանաչում, կառավարումը հպումային LED էկրանի միջոցով; Կարգավորումներ; Պարամետրերի կարգավորումներն առջևի վահանակի վրա; Հիշողություն. Օգտվողը կկարողանա օգտագործել 100 հիշողություն; Անվտանգություն; Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը; Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ; Գեներատոր; Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր; Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA; Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2, Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հg; Պարագաներ Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ; Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ; Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ; Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ կամ համարժեք (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ (5 հատ); 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2:; Ունելին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով; Ուղիղ ունելի 12 սմ 0,5 վերջույթով; Անկյունային ունելի 12սմ 0,5 վերջույթով; Անկյունային ունելի 19սմ 1,0 վերջույթով; Ուղիղ ունելի 19 սմ 1,0 վերջույթով; Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 - FDA |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 19 | Beijing Jinhengwei Technology Development Co., Ltd., | HV-300A | HV-300A | Beijing Jinhengwei Technology Development Co., Ltd., | Электрохирургический аппарат 400 Вт Высокочастотный электрохирургический аппарат, используемый для выполнения монополярных и биполярных операций во многих областях применения, где необходимы высокая точность и надежность Максимальная выходная мощность для монополярного режима чистой резки - 400 Вт при 300 Ом Максимальная выходная мощность для режима монополярной коагуляции - 200 Вт при 300 Ом Максимальная мощность при |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | биполярном режиме резки – 150 Вт при 200 Ом Максимальная мощность для режима биполярной коагуляции - 150Вт при 100 Ом Имеет 4 монополярных срезов (чистый, смесь 1,2,3), 4 монополярных коагуляций (контакт, распыление), 1 для биполярного среза и 3 для биполярной коагуляции Монополярный разрез: Имеет чистый срез, смесь 1,2,3 Монополярная коагуляция: контактная, распылительная монополярная коагуляция, мягкая и усиленная коагуляция Биполярный разрез Имеет биполярный чистый разрез Биполярная коагуляция: Имеет биполярная чистая коагуляция Активация: Имеет двойной ножной переключатель для монополярного разреза и коагуляции, многоразовую ручку с двумя кнопками Имеет биполярный пинцет, ножной переключатель (ручной режим) Наличие 4 разъемов для однополюсных и двухполюсных инструментов Контроль Система управления с |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | помощью микропроцессора, непрерывно контролирующая все параметры Автоматическое регулирование энергии, автоматическое распознавание инструмента, управление с помощью сенсорного светодиодного экрана Настройки: Настройки и подстройка на передней панели Запоминание: Пользователь имеет возможность использовать 100 воспоминаний Безопасность: Цепь безопасности нейтрального электрода или NEM (контроль нейтрального электрода) или REM (контроль обратного электрода): контролирует размер площади контакта между пациентом и нейтральным электродом. Неисправный контакт уведомлен визуальной и шумовой сигнализацией и немедленным отключением питания Генератор: Высокочастотный генератор, работающий по принципу свободных осцилляторов Классификация и тип: I-CF-утечки на пациенте 10 мкА Выходная схема: плавающая - защита от |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | помех дефибриллятора. Имеет место утечки ВЧ в соответствии с IEC 60601-2-2 Источник питания: 220В, 50/60 Гц Принадлежности: Многоразовая ручка с двумя кнопками Монополярная ручка и кабель, 1 контакт Двойной ножной переключатель, одиночный ножной переключатель Силиконовая пластина для пациента или эквивалент (1 шт), одноразовая пластина для пациента (5 шт) Набор из 10 электродов: Нож x2, шарик x2, петля x2, игла x2, игла под углом x2. Пинцеты, снабженные стандартным соединением Прямой пинцет 12 см с 0,5 конечностью Угловой пинцет 12 см с 0,5 конечностью Угловой пинцет 19 см с 1,0 конечностью Прямой пинцет 19 см с 1,0 конечностью Многоразовый кабель для биполярного пинцета Комплектация и акссесуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском Оборудование новое, неиспользованное В комплект |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяца Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 FDA |