

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	Հիվանդի մոնիտոր CO2 վերլուծիչով; Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2), պուլսի հաճախությունը (HR) և ածխաթթու գազի (CO2) հագեցվածությունը արտաշնչված օդի մեջ (EtCO2); Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ` օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ

					չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է Էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով; Դիսփլեյ/Էկրան; Դիսփլեյ. գունավոր TFT հպումային Էկրան, Էկրանի անկյունագիծը ոչ պակաս քան 12,1", ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր; Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ; Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600; Մոնիտորի ինտերֆեյսը; Ոչ պակաս քան Էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված Էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով; Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2.5 ժամ; Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց; Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար; Համակարգի ընդլայնում; Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի
--	--	--	--	--	--

շրջանակի ընդլայնում; Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են` ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, EtCO2, DUAL- TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն; Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ; NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, EtCO2, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 360 ժամ); Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն; Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր (ըստ ցանկության); ECG; Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ; Կալիբրացման ազդանշան ` 1 մՎտ; Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը` ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/րոպե ; Ազդանշանային ռեժիմ` լսելի և տեսողական ազդանշան; NIBP; Մեթոդը` օսկիլոմետրիկ, ; Ռեժիմը` Manual, Auto, STAT; Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով` ոչ պակաս քան 2-60 րոպե; Չափման

					Ժամանակահատվածը STAT նեժիմով՝ 5 րոպե; Սրտի հաճախության միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում; Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN; Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան); Adult նեժիմ; SYS: 40-240 mmHg; DIA: 13-210 mmHg; MEAN: 26-230 mmHg; Pediatric նեժիմ; SYS: 40- 200 mmHg; DIA: 13-150 mmHg; MEAN: 26-160 mmHg; Neonatal նեժիմ; SYS: 10 -135 mmHg; DIA: 13 -100 mmHg; MEAN: 26-110 mmHg; Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg; Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg; Առավելագույն ստանդարտ շեղումը՝ ± 8 mmHg; Պաշտպանություն գերճնշումից; Adult նեժիմ: 300 ± 3 mmHg; Pediatric նեժիմ: 240 ± 3 mmHg; Neonatal նեժիմ: 150 ± 3 mmHg; SpO2; Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան); Չափման միջակայք՝ 1-100%; Ահազանգի միջակայք՝ 40-100%; Թողունակությունը՝ 1 %;
--	--	--	--	--	--

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЭ иЛ ЕԱՀԱԳԻԲ-2023/44	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара				Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5; Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Չարկերակային արագություն; Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե; Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե; Հնչառություն (Respiration); Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան): Մեթոդը՝ տեխնիկական հատկություն R-F (RA-LL) միջև;
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան): Մեթոդը՝ տեխնիկական հատկություն R-F (RA-LL) միջև;
21					Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն > 2.5 ՄՁ; Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ձ; Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ձ; Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց; Հնչառության հաճախություն; Չափման և ազդանշանային միջակայք ; Adult: 0-120 rpm; Neo/Ped: 0 -150 rpm; Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե; Ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե; Ապնոե ահագանգ՝ 10-40 S; Ջերմաստիճան; Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան); 2 կանալ; Չափման և

ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C,
 թողունակություն՝ 0.1°C;
 Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C;
 Ակտուալացման
 ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ;
 Միջին ժամանակի հաստատունը՝
 <10 վրկ. EtCO2; Չափման և
 ազդանշանային միջակայք (ոչ
 պակաս քան); EtCO2 (կողային
 հոսք); Մեթոդը՝ ինֆրակարմիր
 սպեկտր; Սահմանները՝ 0.0-13%;
 Թողունակությունը՝ 1 mmHg (0.1%);
 Ճշգրտությունը՝ 5% EtCO2;
 Պարագաներ; Մեկանգամյա
 էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5
 լարանի); NIBP ճարմանդներ
 մեծահասակների համար; NIBP
 ճարմանդներ երեխաների համար;
 Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների
 համար; Խողովակ NIBP- ի
 ճարմանդների համար; Էլեկտրական
 լար; Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5
 հատ); SpO2 սենսոր բազմակի
 օգտագործման մեծահասակների
 համար; EtCO2-ի չափման
 հավաքածու; Լրակազմ և
 պարագաներ; Տեղադրում և
 մեկնարկ ; Աշխատակազմի
 ուսուցում տեղում ; Օգտագործման

					ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA
--	--	--	--	--	---