ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sonoscape	Sonoscape E3	E3	Sonoscape	"Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով ; Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ՝ առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են՝ ամբողջությամբ թվային գերլայնաշերտ ճառագայթային ձևափոխիչը, բազմաշերտ զուգահեռ ճառագայթիչը, բազմաշերտ զուգահեռ մշակումը, գույնը, ուղղորդված ուժը և մշակումը, գույնը, ուղղորդված հզորությունը և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքն ու մաքուր հակադարձումը՝ ներդաշնակ պատկերավորում,

					բծերի կրճատում, տարածական լրացում, տրապացոիդալ պատկերավորում, µScan պատկերի մշակման տեխնոլոգիա; Օգտագործման հատվածները. որովայնային (մեծահասակների, մանկաբուժական, նորածնային), տրանսկրանիալ, կրծքային, սրտային (մեծահասակների, մանկական, նորածնային), անհետաձգելի օգնություն, ընդհանուր պատկերավորում, մկանային-կմախքային համակարգ, մանկաբարձություն/գինեկոլոգիա, փոքր մասեր և անոթներ:; Դիսփլեյը. բարձր թողունակության գունավոր LCD ոչ պակաս քան 15""; Սկանավորման մեթոդները. ոչ պակաս քան ; Էլեկտրոնային կոնվեքս; Էլեկտրոնային գծային; Էլեկտրոնային ֆազային; Պատկերավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան); 2D (B- ռեժիմ), B- ռեժիմի կառավարում, B- ռեժիմով ինքնակարգավորում, M- ռեժիմ և PW / CW, PW / CW դոպլեր, C (գունավոր դոպլեր), THI (ներդաշնակ պատկեր), PHI (մաքուր ներդաշնակ պատկեր), PDI (Power Doppler Imaging), DPDI

					(Directional Power Doppler Imaging), TSI (Tissue Specification Imaging), Widescan (Trapezoid Imaging); Դիսփլեյի ռեժիմներ (ոչ պակաս քան); 256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CFM, B + PDI, B + M, B + PW, B + CFM + PW, B + PDI + PW, B + CW, B + CFM + CW, B + PDI + CW, Widescan; Ներդաշնակ պատկերավորում պատկերների բոլոր փոխակերպիչների վրա; Յուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի համար ընտրելի երեք հաճախականություն; Բծերի կրճատում և անհատականացված նախադրվածներ՝ պատկերի գործընթացի ալգորիթմի իրական ժամանակում օպտիմալացման համար; Պատկերի որակի օպտիմալացում՝ անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար; Տրապազոիդ պատկերավորում բոլոր գծային զոնդերի վրա; Տվիչի սելեկտոր. (ոչ պակաս քան); Կառավարման վահանակ. Ամբողջ ալֆանային թվային ստեղնաշար, հատուկ

					տեխնոլոգիական կոճակներ, ֆունկցիայի հատուկ ստեղներ; Պատկերի ձևաչափը. Պատկերավորում-ամբողջական, պառակտված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևի պատկերավորում; Ոչ պակաս քան սարքին միաժամանակ 3 տվիչ միանալու հնարավորություն ; Բազմահաճախակային էլեկտրոնային տվիչներ (կոնվեքս, ֆազային, գծային); B ռեժիմում (ոչ պակաս քան); ՈՒժեղացում. 0-255 կարգավորելի; Խորությունը՝ 30 սմ; Պատկերի խոշորացում՝ 10 անգամ; Դինամիկ տիրույթը՝ 20-200 կարգավորելի; Հյուսվածքների առանձնահատկությունների պատկերավորում. 4 տեսակ (ճարպային, մկանային, հեղուկ, նորմալ); Ավտոմատ օպտիմալացման գործառույթ; Գունային դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան); PRF: 0,5-10Khz; PDI / DPDI. 7 տեսակի ընտրելի; PW դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան); PRF: 1-16Khz; Առավելագույն արագության միջակայք՝ մոտ 0,01-19 մ/վ; Նմուշի ծավալը և դիրքը. 0.5-10 մմ կարգավորելի; CW

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ԱՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					դոպլեր ռեժիմում (ոչ պակաս քան); PRF: 1-16Khz; Առավելագույն արագության միջակայք ՝ մոտ 0,01-42 մ / վ; Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում; Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական ծրագրավորվող սյունակներով, մանկական, փոքր մասեր, վահանագեղձ, տրանսկրանիալ, MSK, անոթային, ստանդարտ կենսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի կողմից ընտրովի հաշվետվություններ, սրտային, OB / GYN, բոլոր հաշվետվություններն ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում ՝ հիվանդի ֆայլը, արխիվացումը ; Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz; Տվիչներ. Որովայնի, կրծքի, ծննդաբերության, փոքր մասերի, սրտաբանական և տրանսկրանիալ հետազոտությունների 3 տվիչ; ոչ պակաս քան; Էլեկտրոնային կոնվեքս: մոտ 1 մինչև 7 MHz; Aperture: 50mm; Էլեկտրոնային

					գծային: մոտ 4 մինչև 16 MHz; Aperture: 46mm; Էլեկտրոնային ֆազային: մոտ 1 մինչև 6 MHz; ավլման հատված՝ 90 աստիճան; Լրակազմ և պարագաներ; Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ; Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:"