

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	BKQ-H150	BKQ-H150	BKQ-H150	Biobase, China	Ավտոկլավ; Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշիով ոչ պակաս քան 100 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով; Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է; Պետք է ունենա չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված սյուլթերի չորացմանը ; Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության; Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն; Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից,

					միանում է տագնապը և դուռը չի կարող բացվել; Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն; Ամբողջ սարքը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից; Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար; Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար; Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն; Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 134°C; Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121°C-134°C միջակայքում; Ախտահանման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-99րոպե միջակայքում; Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-99րոպե միջակայքում; Տաքության շեղումը $\pm 2^{\circ}\text{C}$; Պետք է ունենա LCD
--	--	--	--	--	---

				դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար; Սնուցումը 380Վոլտ, 50/60Հց, ոչ ավելի քան 20 Կվատտ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	BKQ-H150	BKQ-H150	BKQ-H150	Biobase, China	Ավտոկլավ; Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշիով ոչ պակաս քան 100 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով; Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է; Պետք է ունենա չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը ; Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության; Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն; Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից,

					միանում է տագնապը և դուռը չի կարող բացվել; Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն; Ամբողջ սարքը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից; Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար; Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար; Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն; Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 134°C; Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121°C-134°C միջակայքում; Ախտահանման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-99րոպե միջակայքում; Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-99րոպե միջակայքում; Տաքության շեղումը $\pm 2^{\circ}\text{C}$; Պետք է ունենա LCD
--	--	--	--	--	---

				դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար; Սնուցումը 380Վոլտ, 50/60Հց, ոչ ավելի քան 20 Կվատտ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	--