ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	ZEUS-200	ZEUS-200	ZEUS-200	ZERONE Co., Ltd, Korea	Էլեկտրաբուժական սարք 200 Վտ; Բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն; Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար՝ ոչ պակաս քան 200 Վտ 300 Ω-ի համար; Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ ոչ պակաս

						քան 100 Վտ 300 Ω-ի համար ; Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ ոչ պակաս քան 80 Վտ 100 Ω-ի համար ; Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 3 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1, 2), ոչ պակաս քան 2 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), ոչ պակաս քան 1 երկբևեռ կոագուլացիա; Միաբևեռ կտրվածք. Պետք է ունենա ոչ պակաս քան մաքուր կտրվածք, խառնուրդ 1, 2; Միաբևեռ կոագուլացիա.; Պետք է ունենա ոչ պակաս քան կոնտակտ և ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա; Երկբևեռ կոագուլացիա.; Պետք է ունենա մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա ; Ակտիվացում; Պետք է ունենա երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, միանգամյա օգտագործվող երկկոճակ բռնակ; Պետք է ունենա երկբևեռ ունելի; Վերահսկում; Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ; Կարգավորումներ.; Պարամետրերի կարգավորումները

						առջևի վահանակի վրա; Հիշողություն. Օգտվողը կարող է օգտագործել ոչ պակաս քան 6 հիշողություն; Անվտանգություն; Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը; Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ; Գեներատոր; Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր; Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա ոչ ավելի քան 10μA; Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2; Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Պարագաներ (ոչ պակաս քան); Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ; Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ; Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ; Սիլիկոնային

						չեզոք էլեկտրոդ կամ համարժեք (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ (ոչ պակաս քան 5 հատ); 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2:; Ունելին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով (ոչ պակաս քան); Ուղիղ ունելի մոտ 12,1 սմ 0,5 վերջույթով; Անկյունային ունելի մոտ 12,1 սմ 0,5 վերջույթով; Անկյունային ունելի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով; Ուղիղ ունելի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով; Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ

					համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	ZEUS-200	ZEUS-200	ZEUS-200	ZERONE Co., Ltd, Korea	Էլեկտրաբուժական սարք 200 Վտ; Բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն; Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար՝ ոչ պակաս քան 200 Վտ 300 Ω-ի համար; Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ ոչ պակաս

						քան 100 Վտ 300 Ω-ի համար ; Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ ոչ պակաս քան 80 Վտ 100 Ω-ի համար ; Պետք է ունենա ոչ պակաս քան 3 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1, 2), ոչ պակաս քան 2 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), ոչ պակաս քան 1 երկբևեռ կոագուլացիա; Միաբևեռ կտրվածք. Պետք է ունենա ոչ պակաս քան մաքուր կտրվածք, խառնուրդ 1, 2; Միաբևեռ կոագուլացիա.; Պետք է ունենա ոչ պակաս քան կոնտակտ և ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա; Երկբևեռ կոագուլացիա.; Պետք է ունենա մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա ; Ակտիվացում; Պետք է ունենա երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, միանգամյա օգտագործվող երկկոճակ բռնակ; Պետք է ունենա երկբևեռ ունելի; Վերահսկում; Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ; Կարգավորումներ.; Պարամետրերի կարգավորումները

						առջևի վահանակի վրա; Հիշողություն. Օգտվողը կարող է օգտագործել ոչ պակաս քան 6 հիշողություն; Անվտանգություն; Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը; Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ; Գեներատոր; Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր; Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա ոչ ավելի քան 10μA; Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2; Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Պարագաներ (ոչ պակաս քան); Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ; Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ; Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ; Սիլիկոնային

						չեզոք էլեկտրոդ կամ համարժեք (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ (ոչ պակաս քան 5 հատ); 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2:; Ունելին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով (ոչ պակաս քան); Ուղիղ ունելի մոտ 12,1 սմ 0,5 վերջույթով; Անկյունային ունելի մոտ 12,1 սմ 0,5 վերջույթով; Անկյունային ունելի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով; Ուղիղ ունելի մոտ 17,8 սմ 1,0 վերջույթով; Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ

					համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք: