

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	KD-500D	KD-500D	KD-500D	Shanghai Flower Medical Equipment Co., Ltd, China	Վիրահատական լուսատու շարժական ; LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն; Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50,000 ժամ; Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 110 հատ; Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), ոչ պակաս քան 120.000 լյուքս; Գունային ջերմաստիճանը` ոչ պակաս քան 4300±200K; Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն; Ֆոկուսի վերահսկման

				<p>առկայություն; Ինտենսիվության վերահսկողությունը ոչ պակաս քան 5 քայլ ; Սնուցում՝ 220Կ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	KD-500D	KD-500D	KD-500D	Shanghai Flower Medical Equipment Co., Ltd, China	Վիրահատական լուսատու շարժական ; LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն; Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50,000 ժամ; Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 110 հատ; Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), ոչ պակաս քան 120.000 լյուքս; Գունային ջերմաստիճանը` ոչ պակաս քան 4300±200K; Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն; Ֆոկուսի վերահսկման

				<p>առկայություն; Ինտենսիվության վերահսկողությունը ոչ պակաս քան 5 քայլ ; Սևուցում՝ 220Կ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---