ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	BI9800TL	BI9800TL	BI9800TL	BIOMEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd, CHINA	Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով ; Ալիքներ՝ ոչ պակաս քան 12; Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 10 բիթ; Ձայնագրման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 48 ժամ; Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում; Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման; Սեղմում՝ չկա; Նմուշառման արագությունը. ոչ պակաս քան 128 վայրկյանում; Հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ; Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝

					արտածումների քարտեզով; Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող միացում / անջատում՝ կարգավորվող շեմով; Մարտկոց. առկա; Փաթեթը ներառում է. (Ոչ պակաս քան); Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 2 հատ; ԷՍԳ ձայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 2 հատ; ԷՍԳ մալուխ ոչ պակաս քան 5 լարանի -2 հատ; Պաշտպանիչ պատյան - 2 հատ; ԷՍԳ էլեկտրոդներ՝ ոչ պակաս քան 60 հատ; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ. (առկայություն); -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	BI9800TL	BI9800TL	BI9800TL	BIOMEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd, CHINA	Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով ; Ալիքներ՝ ոչ պակաս քան 12; Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 10 բիթ; Ձայնագրման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 48 ժամ; Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում; Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման; Սեղմում՝ չկա; Նմուշառման արագությունը. ոչ պակաս քան 128 վայրկյանում; Հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ; Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝

					արտածումների քարտեզով; Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող միացում / անջատում՝ կարգավորվող շեմով; Մարտկոց. առկա; Փաթեթը ներառում է. (Ոչ պակաս քան); Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 2 հատ; ԷՍԳ ձայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 2 հատ; ԷՍԳ մալուխ ոչ պակաս քան 5 լարանի -2 հատ; Պաշտպանիչ պատյան - 2 հատ; ԷՍԳ էլեկտրոդներ՝ ոչ պակաս քան 60 հատ; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ. (առկայություն); -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք: