

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
60	Магнит-"Мед ТеКо"	Магнит-"Мед ТеКо"	Магнит-"Мед ТеКо"	"Мед ТеКо", РФ	Մագնիսական թերապիայի սարք ունիվերսալ ; Ունիվերսալ մագնիսաթերապիայի սարք, որը նախատեսված է ցածր հաճախականության մագնիսական դաշտով թերապևտիկ ազդեցությունների համար` հաճախությունների, մոդուլացիաների, դաշտի լարվածությունների, որն օգնում է ակտիվացնել արյան շրջանառությունը, նյութափոխանակության գործընթացները, խթանել մկանների գործունեությունը և ունի

անալգետիկ ազդեցություն;
Գործառնական ռեժիմները՝
շարունակական, պոլսային; Սարքի
շահագործման ժամանակը
շարունակական կարճաժամկետ
ռեժիմում՝ 6 ժամ; Աշխատանքային
ժամանակը՝ 32 րոպե;
ժամանակաչափ՝ 0-ից 99 րոպե
միջակայքում; Հոսանքի տեսակը՝
հաստատուն, սինուսոիդային,
պոլսային; Կրիչի իմպուլսի ձևը՝
ուղղանկյուն, սղոցանման, զանգի
տեսքով; Մոդուլացվող ալիքի ձևը՝
սղոցանման, ուղղանկյուն,
եռանկյուն, աստիճանավոր; Վազող
ալիքների տեսակները՝ ընդունվող,
ընդունվող բևեռականության
փոփոխությամբ, ընդունվող
հետադարձ, պրոգրեսիվ հետադարձ
բևեռականության փոփոխությամբ;
Դաշտի լարվածությունը No. 1 և No.
2 ինդուկտորների մակերեսին՝
հաստատուն հոսանքով 60 10% մՏ,
սինուսոիդային և իմպուլսային
հոսանքով՝ 80 10% մՏ; Դաշտի
լարվածությունը No. 4 ինդուկտորի
մակերեսին՝ հաստատուն հոսանքով
2-4 10% մՏ, սինուսոիդային և
իմպուլսային հոսանքով 2-6 10% մՏ;

Դաշտի լարվածությունը No. 3 և No. 5 ինդուկտորների մակերեսին՝ հաստատուն հոսանքով 15 20% մՏ, սինուսոիդային և իմպուլսային հոսանքով՝ 20 20% մՏ; Մագնիսական ինդուկցիայի ճշգրտումը քայլերով՝ 25/50/75/100%; Տանող իմպուլսի գեներացվող հաճախականությունը՝ 50/100 10% Հց; Տանող իմպուլսների մոդուլացման հաճախականությունը՝ 0,5 / 1/5/10 10% Հց; Իմպուլսների միացման հարաբերակցությունը՝ 1:1, 1:2, 1:5, 1:10; Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վոլտ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ. (առկայություն); -сертификат соответствия (ИСО 14937); -регистрационное

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
60	Магнит-"Мед ТеКо"	Магнит-"Мед ТеКо"	Магнит-"Мед ТеКо"	"Мед ТеКо", РФ	Մագնիսական թերապիայի սարք ունիվերսալ ; Ունիվերսալ մագնիսաթերապիայի սարք, որը նախատեսված է ցածր հաճախականության մագնիսական դաշտով թերապևտիկ ազդեցությունների համար՝ հաճախությունների, մոդուլացիաների, դաշտի լարվածությունների, որն օգնում է ակտիվացնել արյան շրջանառությունը, նյութափոխանակության գործընթացները, խթանել մկանների գործունեությունը և ունի

անալգետիկ ազդեցություն;
Գործառնական ռեժիմները՝
շարունակական, պուլսային; Սարքի
շահագործման ժամանակը
շարունակական կարճաժամկետ
ռեժիմում՝ 6 ժամ; Աշխատանքային
ժամանակը՝ 32 րոպե;
Ժամանակաչափ՝ 0-ից 99 րոպե
միջակայքում; Հոսանքի տեսակը՝
հաստատուն, սինուսոիդային,
պուլսային; Կրիչի իմպուլսի ձևը՝
ուղղանկյուն, սղոցանման, զանգի
տեսքով; Մոդուլացվող ալիքի ձևը՝
սղոցանման, ուղղանկյուն,
եռանկյուն, աստիճանավոր; Վազող
ալիքների տեսակները՝ ընդունվող,
ընդունվող բևեռականության
փոփոխությամբ, ընդունվող
հետադարձ, պրոգրեսիվ հետադարձ
բևեռականության փոփոխությամբ;
Դաշտի լարվածությունը No. 1 և No.
2 ինդուկտորների մակերեսին՝
հաստատուն հոսանքով $60 \pm 10\%$
մՏ, սինուսոիդային և իմպուլսային
հոսանքով՝ $80 \pm 10\%$ մՏ; Դաշտի
լարվածությունը No. 4 ինդուկտորի
մակերեսին՝ հաստատուն հոսանքով
 $2-4 \pm 10\%$ մՏ, սինուսոիդային և
իմպուլսային հոսանքով $2-6 \pm 10\%$

մՏ; Դաշտի լարվածությունը No. 3 և No. 5 ինդուկտորների մակերեսին՝ հաստատուն հոսանքով $15 \pm 20\%$ մՏ, սինուսոիդային և իմպուլսային հոսանքով՝ $20 \pm 20\%$ մՏ;
Մագնիսական ինդուկցիայի ճշգրտումը քայլերով՝ 25/50/75/100%;
Տանող իմպուլսի գեներացվող հաճախականությունը՝ $50/100 \pm 10\%$ Հց; Տանող իմպուլսների մոդուլացման հաճախականությունը՝ $0,5 / 1/5/10 \pm 10\%$ Հց; Իմպուլսների միացման հարաբերակցությունը՝ 1:1, 1:2, 1:5, 1:10;
Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վոլտ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ.
Տեղադրում և մեկնարկ ;
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;
Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն ;
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ. (առկայություն);
-сертификат соответствия (ИСО 14937); -регистрационное

