ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով BeneHeart D6	BeneHeart D6	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով: Ընդհանուր դրույթներ: Էկրանի չափերը՝ 8,4 դյույմ: Էկրանի տեսակը՝ LCD: Ռեզոլյուցիան՝ 800 x 600 պիկսել: Հիմնական սարքի չափերը /ներառյալ մարտկոցը և առանց օժանդակ սարքերի ու աքսեսուարների/՝ 295 x 279 x 218 մմ: Հիմնական սարքի զանգվածը /առանց օժանդակ սարքերի ու աքսեսուարների/՝ 5.5 կգ: ԷԿԳ տեսակը՝ դեֆիբրիլյացիոն պաշտպանությամբ, CF տեսակի: NIBP տեսակը՝ դեֆիբրիլյացիոն պաշտպանությամբ, CF տեսակի: IBP տեսակը՝ դեֆիբրիլյացիոն պաշտպանությամբ, CF տեսակի: Գործողության տեսակը՝ շարունակական: Տպիչի տեսակը՝ թերմալ: Տպիչի ուղիների քանակը՝ 1-4: Տպիչի արագությունը՝ 6,25 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50մմ/վ: Էլեկտրականությունը՝ ինչպես հոսանքից միացված,

				այնպես էլ մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն: Մարտկոցի տեսակը՝ Li-ion մարտկոց (LI24I004A), 14.4V/5600mAh: Մարտկոցի գործողության ժամկետն առանց տպելու, ահազանգման ֆունկցիաների և սենյակում 25°C ջերմաստիճանային պայմաններում՝ ավելի քան 6 ժամ: Մարտկոցի լիցքաթափումը՝ 200 J հզորությամբ 300 հարվածից հետո: Մարտկոցի վերալիցքավորման ժամանակը՝ ոչ ավել քան 5 ժամ: Գործողության պայմանները: Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ 0 - 50°: Խոնավության տիրույթը՝ 10-95%: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները: Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ -30°C - +70°C: Խոնավության տիրույթը՝ 10-95%: Դեֆիբրիլյատորի հիմնական դրույթները: Երկֆազային կտրված էքսպոնենտալ: Ռեանիմացիոն ցուցումները՝ ընտրողական AHA/ERC: Մեխանիկական ռեժիմ: Հարվածային էներգիայի առնվազն 23 մակարդակները արտաքին թիակներում՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200, 300, 360J: Ավտոմատ վերալիցքավորման ժամանակը՝ ոչ ավել քան 60վրկ: Մինչ 200J լիցքավորման ժամանակը հաստատուն հոսանքի դեպքում՝ 3վր: Մինչ 200J լիցքավորման ժամանակը մարտկոցային միացման դեպքում՝ 3վրկ: Մինչև 360J լիցքավորման ժամանակը հաստատուն հոսանքի դեպքում՝ 7 վրկ: Մինչև 360J լիցքավորման ժամանակը մարտկոցային միացման դեպքում՝ 7 վրկ: Սինխրոն կարդիովերսիայի դեպքում էներգիայի փոխանցումը սկսվում է QRS-ի գագաթից՝ ոչ ավել քան 60 մվրկ-ից: Ավտոմատ ռեժիմ 1 ուղիանի ԷՍԳ

				չափումներ, 3 կապալային ԷՍԳ մալուխ, 5 կապալար ԷՍԳ մալուխ կամ 12 կապալ ԷՍԳ մալուխ: Հիվանդի դիմադրությունը՝ 25 ՕՄ, 50 ՕՄ, 75 ՕՄ, 100 ՕՄ, 125 ՕՄ, 150 ՕՄ, 175 ՕՄ: Սրտի ռիթմի հաճախականության տիրույթը՝ 15-ից 300զ/ր: Խթանման ռեժիմ: Խթանման արագության տիրույթը՝ 30-ից 210 ppm: Հստակությունը՝ ±1,5 %: Ճշգրտությունը՝ ±1.5 ppm: Ելքային հոսանքի տիրույթը՝ 0-ից 200 mA: Հստակությունը՝ ±5 mA: Ճշգրտությունը՝ ± 5% կամ 5mA: QRS մարկեր պահանջված ռեժիմում: Սրտի զարկերի հաճախականություն: Սրտի ռիթմ չափումների տիրույթը՝ 15-350 զ/ր: Հստակությունը՝ ±1զ/ր: Ճշգրտությունը՝ ± 1զ/ր: ԷՍԳ: Ուղիները՝ 3; 5; 12: Արտածումները՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6: Ռիթմավարի հայտնաբերման ֆունկցիայի առկայություն (Pace Pulse): Մուտքային դիմադրությունը՝ 5M Ohm և ավելի: Մուտքային լարումը՝ 12 VdC: Մուտքային դինամիկ միջակայքը մարտկոցային սնուցման դեպքում՝ 150W: Ազդանշանի լայնությունը՝ 40-ից 120մվ (Q-ից մինչև S): ԷՍԳ չափերը՝ ,2.5 mm/mV (×0.25), 5 mm/mV (×0.5), 10 mm/mV (×1), 20 mm/mV (×2), 40mm/mV (×4): Էկրանի մաքրման արագությունը՝ 6.25mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s: Էկրանի զգայունությունը՝ 1 V/mV ±5%: Էլեկտրոդի անջատման ազդանշանը՝ էկրանի վրա և/կամ ձայնային: Ֆիզիոլոգիական ահազանգեր, տեխնիկական ահազանգեր; Կողպված ահազանգեր և չկողպված ահազանգեր.: MRR՝ 90դԲ և ավելի, Monitor mode՝ 105 դԲ և ավելի, Therapy mode՝ 105 դԲ և ավելի, ST mode՝

				105 դԲ և ավելի: Դեֆիբրիլացիոն պաշտպանության առկայություն: NIBP: Մեթոդ՝ Օսցիլոմետրիկ: Չափման ինտերվալը՝ AUTO ռեժիմում 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 Min: Սրտի զարկերի հաճախականության և ահազանգման տիրույթը՝ 25 ~ 240bpm: Ահազանգի տեսակը՝ SYS, DIA, MEAN: Չափումների տիրույթը մեծահասակների և երեխաների ռեժիմում՝ SYS: 25 ~290mmHg, DIA: 10~250mmHg, MAP: 15~260mmHg: Չափումների տիրույթը նեոնատալ ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան SYS: 25 ~140mmHg, DIA: 10~115mmHg, MAP: 15~125mmHg: Էկրանին ճնշման ցուցադրման տիրույթը մեծահասակների և երեխաների համար՝ 0 - 300 mmHg: Էկրանին ճնշման ցուցադրման տիրույթը նեոնատալ ռեժիմում՝ 0 - 300 mmHg: Ճնշման ցուցադրման ճշգրտությունը՝ մեծահասակների և երեխաների համար՝ ±5 mmHg: Ճնշման ցուցադրման ճշգրտությունը նեոնատալ ռեժիմում՝ ±5 mmHg: Չափումների արագությունը՝ ՝ մեծահասակների և երեխաների համար 180վրկ, նեոնատալ ռեժիմում 90 վրկ: Հնարավոր համալրումներ: NIBP մոդուլ, SPO2 (Nellcor): Շարունակական ջերմաստիճանային մոնիտորինգ: EtCO2 (ընտրողական mainstream կամ sidestream): WI-FI կամ 3G կապի մոդուլ: Wireless LAN տվյալների փոխանակում: Լրացուցիչ մարտկոց: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-23-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4				