

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Accuforce	.	Terumo	<p>Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով: Կաթետերի երկարությունը ` 145սմ: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, նոմինալ ճնշումը ` 1216 ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը` 2229 ԿՊա 2.25-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, 2026 ԿՊա` 4.5մմ-ից 5.0մմ տրամագծով բալոնների համար: Բալոնները եռաթև են, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը`` 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի` 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5;3.75; 4.0; 4.5; 5.0 մմ: Ֆորմատ` հատ: CE MARK վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման</p>

			կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПФ-2023/16-23-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32	Accuforce	.	Terumo	Катетер для дилатации с нерасширяемым баллоном. Длина катетера не менее 145 см. С гидрофильным покрытием номинальное давление не менее: 1013 кПа, максимальное давление не менее: 2026 кПа для цилиндров диаметром от 2,25 до 4,0 мм, не менее: 1624 кПа для цилиндров диаметром от 4,5 до 5,0 мм. Цилиндры трехлопастные, что позволяет быстро наращивать давление в цилиндре. Диаметр входного наконечника не более 0,43 мм. В зависимости от величины диаметра оперируемого сосуда необходимые размеры катетера по диаметру составляют: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 мм. Формат: ПК. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA является обязательным. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской

				<p>упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 70% от всего срока годности на момент поставки.</p> <p>Покупатель имеет право вернуть или изменить размер товара на другой по мере необходимости, если в наличии не менее 50% всего срока годности товара.</p>
--	--	--	--	---