

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

SPS GROUP-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Perlove Medical | Perlove | PLD 6500A | Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. | Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը պետք է ապահովի թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը: Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը ապահովում է առնվազն 640մմ անոդային հոսանք և ունենա բարձր լարման տիրույթ, ոչ պակաս, քան` 40-125 կՎ. Ճառագայթիչը տեղակայված է հատակի վրա առնվազն 1500մմ, ազատորեն տեղաշարժվող կալանի |

վրա և շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար:
Կիզակետային հեռավորությունը կարգավորվող առնվազն 35-185սմ. տիրույթում Ռենտգենյան խողովակը՝ երկու կիզակետ, չափերը՝ 0,6 մմ. փոքր կիզակետի, 1,2 մմ. մեծ կիզակետի համար Ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյուն, առնվազն՝ $\pm 135^\circ$ Անոդը պտտվող, ջերմունակությունը՝ 300,000HU: Կոլիմատորը ապահովում է՝ 150կՎ. -ին համապատասխան ճառագայթների հոսսալի կոլիմացիան և ապահովի նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում՝ 200 Լյուքս լուսավորմամբ: Ճառագաթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը՝ 2.0մմ.: Այլ գտիչներ տեղակայելը հնարավոր է: Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան ապահովում է ռենտգենանկարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի

լրացուցիչ դիրքավորման: Դեկայի արտաքին չափերը՝ Ե/215*L/81սմ.
Սեղանի վրա պացինետոի տարողունակությունը՝ 300կգ
Սեղանի ծածկույթը՝ ակրիլային կամ համարժեք բարձր թափանցելիությամբ Նկարահանման ուղղահայց կալան 150սմ.
հեռավորություն ճառագայթիչից Նկարահանման ուղղահայց կալանի ուղղահայաց տեղաշարժը՝ 1300 մմ
Օպերատորի կոնսոլը պետք է ապահովի Նկարահանման ռեժիմների ընտրություն՝ ավտոմատ էքսպոզիցիայի / ընտրովի/, 2 կետերով / կՎ+մԱվ/, 3 կետերով /կՎ+մԱ+վրկ./ գործընթացներով:
Սնուցման աղբյուրի հզորությունը,՝ 65,5կՎտ. Անլար հարթ պանելային դետեկտորի առկայություն՝ 43x43 սմ
Թողունակությունը՝139 միկրոն Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուր Լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար աշխատատեղը պետք է հանդիսանա որպես միավորված ռենտգենյան պատկերների կառավարման աշխատանքային

կայան, որը հնարավորություն պետք է ապահովի հեշտությամբ և արագ նույնականացնել հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները:

Տվյալների բազայի ունակությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 200.000 պատկեր Տվյալների բազան պետք է լինի պաշտպանված:

Պատկերների հետ աշխատելու ժամանակ պետք է հնարավոր լինի՝ Մեծացնել Ընթացիկ պատկերի հետ միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից Կատարել տարածական և անկյունների չափումներ Ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և Էլեկտրոնային նշաններ

Էլեկտրասնուցում ստանդարտ 220Վ, 50Հց. ցանցից Գինը պետք է ներառի՝ մատակարարում, պատվիրատույի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կարգաբերում, օպերատորական ուսուցում, երաշխիք առնվազն 12

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>ամիս շահագործման ձեռնարկում նշված պայմաններ չիատելու պարագայում: Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն` (ISO, CE Mark)</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

SPS GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУРՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |