

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sonoscape	P15, Sonoscape	P15	Sonoscape	Թվային գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար համակարգ երկու տվիչով և տպիչով, նախատեսված ընդհանուր և անհետաձգելի հետազոտությունների, վահանագեղձի, կրծքագեղձի, մկանակմախքային համակարգի, անոթային հետազոտությունների համար: Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ՝ 4, Մոնիտոր՝ 21,5 դյույմ անկյունագծով, պիքսելները՝ 1920x1080, Հայտնային Touch Screen Էկրան, 13,3 դյույմ անկյունագծով,

1920x1080 պիքսել,
Փոխանցման/Հաղորդման
ընդունման թվային վերամշակվող
ալիքների քանակ՝ 650.000,
Տվիչների միաբյուրեղային
տեխնոլոգիա, Լայնաշերտ և
մուլտիհաճախականության
սկանավորում, Էխո-ազդանշանների
գուլգահեռ մշակում, Էխո-
ազդանշանների քառալիքանի
մշակում, Պատկերների սեգմենտար
մեծացում, պատկերի
հակապատկերում՝ աջ/ձախ,
վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ՝
90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի
ծավալը՝ 500 Գբ, պատկերի
պահպանում՝ 320.000 պատկեր,
40.000 դինամիկ պատկեր,
Ռեժիմների և ծրագրերի
առկայություն՝ B, M, Գունավոր
դոպլեր, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր,
Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային
դոպլեր Պուլսային ինվերսիոն
հարմոնիկա, Հյուսվածքային
հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս
ռեժիմներ, Անատոմիկական M
ռեժիմ, գունավոր M ռեժիմ B-ռեժիմ ·
Կադրերի հաճախականություն՝ 1493
կադր/վ · Հետագոտման

խորությունը՝ 40 սմ · Խոշորացում՝
10 անգամ · Քարտեզների
առկայություն՝ 13 · Դինամիկ
դիապազոնը – 20-280դբ Գունավոր
դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր ·
Կադրերի հաճախականություն՝ 160
կադր/վ · Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ
կոճակով կարգավորման
առկայություն · Ինվերսիայի
առկայություն · Պատի ֆիլտրերի
դիապազոնը 25-750 Հց · PRF
հաճախականությունը՝ 0,5 – 8 ԿՀց,
CW/PW Անընդհատ-ալիքային եվ
Իմպուլս-ալիքային դոպլեր · Դիրքի և
ծավալի կարգավորում իմպուլս
ալիքային դոպլերի համար՝ 0,7-21մմ
· Տրիպլեքս ռեժիմի առկայություն ·
Ավտոմատ անկյան կարգավորում, 0,
60, -60 աստիճան · Անընդհատ
ալիքային դոպլերի համար PRF
հաճախականություն՝ 1-48ԿՀց,
արագությունների գրանցման
սանդղակ՝ 0,1-50մ/վ · իմպուլս-
ալիքային դոպլերի(PW) համար PRF
հաճախականություն՝ 1-16ԿՀց,
HPRF, արագությունների գրանցման
սանդղակ՝ 0,4-15մ/վ · Պատի
ֆիլտրերի դիապազոնը՝ 25-750 Հց ·
Ավտոմատ կարգավորման

անկայություն Ազատ ձեռքով 3D
ռեժիմի անկայություն, Պանորամիկ
ապահովման անկայություն,
Էլաստոգրաֆիայի ապահովման
անկայություն, Օգտագործման
բնագավառ /չափումներ,
հաշվարկներ` Հիմնական
չափումներ, Որովային, Սիրտ,
Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա,
Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ,
Ոսկրային հետազոտումներ,
Կրծքագեղձ, Վահանագեղձ,
Շագանակագեղձ, Մակերեսային
օրգաններ Ստատիկ պատկերների
արխիվացիա կոշտ սկավառակի
վրա JPEG, BMP, DICOM ֆորմատով;
Ստատիկ պատկերների
արխիվացիա DVD/CD-RW
սկավառակի վրա AVI, MPEG, JPEG,
BMP, TIFF, DICOM ֆորմատով;
Դինամիկ պատկերների
արխիվացիա կոշտ սկավառակի
վրա MPEG, DICOM ֆորմատով,
Դինամիկ պատկերների
արխիվացիա DVD/CD-RW
սկավառակի վրա MPEG, DICOM
ֆորմատով Ձայնագրում USB Flash
Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM
ֆորմատով Սարքում հետևյալ

<p>000 Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 40PZ-EU2012P-23/53 ниже</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>ծրագրային փաթեթների առկայություն՝ Auto NT Auto IMT DICOM ավտոմատ արխիվացման առկայություն արտաքին աշխատանքային կայան, Լրակազմ՝ Կոնվերթ մոնոկրիստալ տվիչ 1.0-8.0 ՄՀց հաճախականության, շառավիղ՝ 50մմ, Էլեմենտների քանակ՝ 160, զծախի տվիչ՝ 4.0-16.0 ՄՀց հաճախականության, Էլեմենտների՝ 256, շառավիղ՝ 55մմ - Սև/Սպիտակ թեղումայ տպիչի առկայություն</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Технические характеристики Երաշխիքը՝ 12 ամիս: Սարքը նոր է, չօգտագործված: Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ. անձնակազմի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն՝ EC, FDA:</p>
<p>2</p>					