ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mindray	Hematology Analyzer	BC 700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	Նախատեսված մարդու արյան ընդհանուր քննության համար Պարամետրերի քանակը՝ 29, տիպը՝ ԱՍԲ-ի 5 բջջային դիֆերենցիացիա: Թողունակությունը ոչ պակաս քան 65 նմուշ / ժամ: Ընթերցման մեթոդը՝ իմպեդանսային մեթոդ LED լուսակիր, 525-535 նմ ալիքային երկարությամբ HGB չափման համար, 3D լազերային ցրման տեխնոլոգիա ԱՍԲ-ի տարբերակման համար: Օգտագործողի ինտերֆեյսը՝ առնվազն 10,4 դյույմ TFT սենսորային էկրան: Պարամետրերը առնվազն՝ RBC, MCV, HCT, RDW-SD,

						RDW-CV, HGB, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCC, P-LCR WBC, LYM#, LYM %, MON#, MON%, NEU#, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS%, (ALY#, ALY%, LIC#, LIC%)։ Բաշխման հիստոգրամները՝ WBC, RBC, PLT 3 Dot – Plot (DIFF) , MCHC, RDW-cv, RDW- sd , HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR։ Կալիբրացիան՝ ձեռքով ռեժիմ և ծրագրային աջակցվող ավտոմատ ռեժիմ՝ ամբողջական արյան և մազանոթային, նախապես նոսրացված արյան համար, առնվազն հետևյալ պարամետրերի համար RBC, WBC, PLT, MCV, MPV, HCT։ Դրոշներ/հաղորդագրություններ առնվազն՝ կլինիկական (ախտաբանական) դրոշներ, լաբորատոր սահմաններ (նորմալ միջակայքեր) բարձր/ցածր արժեք։ Նմուշի տեսակ՝ մարդու երակային կամ մազանոթային ամբողջական արյուն (K2 և K3-EDTA հակամակարդիչ), մազանոթային արյուն հավաքված մազանոթային խողովակով։ Նմուշառման ծավալը ոչ ավել քան 11 µl ամբողջական արյուն / մազանոթ արյուն /

						նախապես նոսրացված արյուն, նոսրացումը սարքի ներսում: Ռեագենտների տեսակը առանց ցիանիդների պարունակության: Ռեագենտների կյանքի տևողությունը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Ռեագենտների պիտանելիության ժամկետը բացելուց հետո ոչ պակաս քան 60 օր Լույսի աղբյուր՝ կանաչ LED 540 ± 2 նմ ալիքի երկարությամբ: Դետեկտորը՝ ֆոտոդիոդ: «Ապերտուրաի» բացվածքի տրամագիծը ոչ ավել քան 70 մկմ RBC / PLT պարամետրերի համար: Հիշողություն առնվազն հետևյալ պարամետրերի համար՝ QC, գրառումներ ներառյալ դրոշները, ցրվածք և հիստոգրամներ, դատարկ չափումներ: Հիշողության տարողությունը ոչ պակաս քան 50.000 չափումների համար: Արդյունքների, QC, ինքնաստուգման, չափաբերման հաշվետվություններ: Որակի վերահսկման մոդուլ՝ Levey-Jennings գծապատկերներ, XB-գծապատկերներ: Առավելագույն վերահսկման մակարդակների քանակը ոչ պակաս քան 6:

						Զգուշացումները՝ միջակայք, գծայինություն, սխալներ, սխալ դատարկ չափում: Կրկնելիության տիրույթները՝ WBC ոչ ավել քան 2,0% (4,0-15,0 × 109 /լ) LYM % ±3.0 (բացարձակ շեղում) (25.0% - 35.0%) RBC ոչ ավել քան 1,5% (3,5 - 6,0×1012/լ) PLT ոչ ավել քան 4,0% (150-500×109 /լ) MCV ոչ ավել քան 1.0% (70-120 ֆլ) Neu% ±4.0 (բացարձակ շեղում) (50.0% - 60.0%) Գծայինության տիրույթի ճշգրտում. WBC Ոչ ավելի, քան ±0.30×109 /լ կամ ±5%, CV ոչ ավել քան 0.5% RBC Ոչ ավելի, քան ±0,05×1012/լ կամ ±5%, CV ոչ ավել քան 0,5% HGB ոչ ավելի, քան ±2 գ/լ կամ ±2%, CV ոչ ավել քան 0,5% HCT ոչ ավելի, քան ±2%, CV ոչ ավել քան 0.5% Այլ պայմաններ՝ Տպիչը՝ ցանկացած տպիչ, կապը USB պորտի միջոցով: Ներկառուցված միկրոպրոցեսորային համակարգ, համակարգչի հետ կապի հնարավորություն: Ինտեգրացիան՝ LIS երկկողմանի, HL7 ստանդարտ: USB պորտեր առնվազն 6 հատ USB 2.0, LAN պորտ առնվազն 1 հատ: Շտրիխ կոդ ընթերցող սարքի կապը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1	Mindray	Hematology Analyzer	BC 700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	USB-ի միջոցով: Էլեկտրական պահանջներ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման մուտքը՝ 100...240 Վ, 47...63 Հց Թափոնների և դիլուենտի տարան առնվազն 20 լ Ոչ պակաս քան 36 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Մարդու արյան ընդհանուր քննության համար նախատեսված վերլուծիչ՝ ամբողջական արյան նմուշների համար Պարամետրերի քանակը՝ 29, տիպը՝ 5 դիֆերենցիացիա: Թողունակությունը ոչ պակաս քան 65 նմուշ / ժամ: Ընթերցման մեթոդը՝ LED լուսադիոդային մեթոդ Ներառյալ շտրիխ կոդ ընթերցող սարքը, ռեագենտի մեկ հավաքածու, 3D լազերային ցրման հաշվի: Օգտագործողի ինտերֆեյսը՝ TFT սենսորային էկրան: Պարամետրերը՝ RBC, MCV, HCT, RDW-SD, վկայականներ (առկայություն)՝ ISO 13485

					RDW-CV, RDW-SD, MCHC, PLT-O, MPV, PCT, PDW, P-LCC, P-LCR, WBC#, LYM #, MON#, NEU#, LYM %, MON%, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS%, (ALY#, ALY%, LIC#, LIC%): Բաշխման հիստոգրամները՝ WBC, RBC, PLT 3 Dot – Plot (DIFF) , MCHC, RDW-cv, RDW- sd , HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR: Կալիբրացիան՝ ձեռքով ռեժիմ և ծրագրային աջակցվող ավտոմատ ռեժիմ՝ ամբողջական արյան և մազանոթային, նախապես նոսրացված արյան համար, առնվազն հետևյալ պարամետրերի համար RBC, WBC, PLT, MCV, MPV, HCT: Դրոշներ/հաղորդագրություններ առնվազն՝ կլինիկական (ախտաբանական) դրոշներ, լաբորատոր սահմաններ (նորմալ միջակայքեր) բարձր/ցածր արժեք: Նմուշի տեսակ՝ մարդու երակային կամ մազանոթային ամբողջական արյուն (K2 և K3-EDTA հակամակարդիչ), մազանոթային արյուն հավաքված մազանոթային խողովակով: Նմուշառման ծավալը ոչ ավել քան 11 µl ամբողջական արյուն / մազանոթ արյուն /

						նախապես նոսրացված արյուն, նոսրացումը սարքի ներսում: Ռեագենտների տեսակը առանց ցիանիդների պարունակության: Ռեագենտների կյանքի տևողությունը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Ռեագենտների պիտանելիության ժամկետը բացելուց հետո ոչ պակաս քան 60 օր Լույսի աղբյուր՝ կանաչ LED 540 ± 2 նմ ալիքի երկարությամբ: Դետեկտորը՝ ֆոտոդիոդ: «Ապերտուրաի» բացվածքի տրամագիծը ոչ ավել քան 70 մկմ RBC / PLT պարամետրերի համար: Հիշողություն առնվազն հետևյալ պարամետրերի համար՝ QC, գրառումներ ներառյալ դրոշները, ցրվածք և հիստոգրամներ, դատարկ չափումներ: Հիշողության տարողությունը ոչ պակաս քան 50.000 չափումների համար: Արդյունքների, QC, ինքնաստուգման, չափաբերման հաշվետվություններ: Որակի վերահսկման մոդուլ՝ Levey-Jennings գծապատկերներ, XB-գծապատկերներ: Առավելագույն վերահսկման մակարդակների քանակը ոչ պակաս քան 6:

						Զգուշացումները՝ միջակայք, գծայինություն, սխալներ, սխալ դատարկ չափում: Կրկնելիության տիրույթները՝ WBC ոչ ավել քան 2,0% (4,0-15,0 × 109 /լ) LYM % ±3.0 (բացարձակ շեղում) (25.0% - 35.0%) RBC ոչ ավել քան 1,5% (3,5 - 6,0×1012/լ) PLT ոչ ավել քան 4,0% (150-500×109 /լ) MCV ոչ ավել քան 1.0% (70-120 ֆլ) Neu% ±4.0 (բացարձակ շեղում) (50.0% - 60.0%) Գծայինության տիրույթի ճշգրտում. WBC Ոչ ավելի, քան ±0.30×109 /լ կամ ±5%, CV ոչ ավել քան 0.5% RBC Ոչ ավելի, քան ±0,05×1012/լ կամ ±5%, CV ոչ ավել քան 0,5% HGB ոչ ավելի, քան ±2 գ/լ կամ ±2%, CV ոչ ավել քան 0,5% HCT ոչ ավելի, քան ±2%, CV ոչ ավել քան 0.5% Այլ պայմաններ՝ Տպիչը՝ ցանկացած տպիչ, կապը USB պորտի միջոցով: Ներկառուցված միկրոպրոցեսորային համակարգ, համակարգչի հետ կապի հնարավորություն: Ինտեգրացիան՝ LIS երկկողմանի, HL7 ստանդարտ: USB պորտեր առնվազն 6 հատ USB 2.0, LAN պորտ առնվազն 1 հատ: Շտրիխ կոդ ընթերցող սարքի կապը

						USB-ի միջոցով: Էլեկտրական պահանջներ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման մուտքը՝ 100...240 Վ, 47...63 Հց Թափոնների և դիլուենտի տարան առնվազն 20 լ Ոչ պակաս քան 36 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ներառյալ շտրիխ կոդ ընթերցող սարքը, ռեագենտի մեկ հավաքածու, online տիպի անխափան սնուցման սարքը, որը պետք է ապահովի առնվազն 4 ժամ աշխատանք ամբողջ համակարգի համար: Որակի և անվտանգության ստանդարտների վկայականներ (առկայություն)՝ ISO

					13485, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EMAS III, CE annex IV of Directive 98/79/EEC