

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Լարինգոսկոպի հավաք մեծահասակների	Լարինգոսկոպի հավաք մեծահասակների	Լարինգոսկոպի հավաք մեծահասակների	GIMA S.p.A, Italy	Լարինգոսկոպի հավաք մեծահասակների Նվազագույն պահանջ. Լարինգոսկոպի հավաք մեծահասակների: Լարինգոսկոպի հավաքը չժանգոտվող բարձրորակ մետաղից է: Ստանդարտ հավաքածու (բռնակ + շեղբեր): Մեծահասակների համար Նախատեսված 3 շեղբ `2-3-4): ՈԻՆի` - ստանդարտ 2,5 Վ լարումով վակուումային լամպ - հեշտ ստերիլիզացում ETO կամ գոլորշիով - շեղբերի ամբողջական տեսականի, առանց լատեքսի: - հակահարվածային պատյան: - ոչ

					<p>մագնիսական շեղբեր: - 3500 LUX լույսի փոխանցում 2,5 Վ լարումով բռնակներ - ավտոկլավացվող է մինչև 134° - ժամանակ՝ 5 րոպե: - թեթև է, երգոնոմիկ: - 2,5 Վ բռնակները աշխատում են ինչպես ալկալային, այնպես էլ վերալիցքավորվող մարտկոցներով:*(տես ծանոթությունը):</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղսբիսնեսի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Լարինգոսկոպի հավաք մեծահասակների	Լարինգոսկոպի հավաք մեծահասակների	Լարինգոսկոպի հավաք մեծահասակների	GIMA S.p.A, Italy	Сбор ларингоскопа у взрослых Минимальное требование Сборка ларингоскопа должна быть из высококачественного металла из нержавеющей стали.: имеет - стандартная вакуумная лампа на 2,5 в - легкая стерилизация ЕТО или паром - полный ассортимент лезвий, без латекса: - противоударная оболочка: - немагнитные лезвия: - Светопропускание 3500 люкс ручки с напряжением 2,5 в - автоклавируемым до 134° - время: 5 минут: - легкий, эргономичный: -

					Ручки 2,5 В работают как щелочными, так и перезаряжаемыи с батареями:*(см. примечание).
--	--	--	--	--	---