

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) գինեկոլոգիական	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) գինեկոլոգիական	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) գինեկոլոգիական	China	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) գինեկոլոգիական Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայությամբ Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայությամբ Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ Սեղանի նվազագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ ոչ

պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ
Հորիզոնական և երկայնական
շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ±
30 մմ Շարժումը (Backboard
upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան
70o / 10o Տրենդեյլենբուրգ / Rev
տրենդեյլենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25°
Սեղանի թեքում (ծախ / աջ)՝ ոչ
պակաս քան 15 աստիճան Գլխային
հատվածի թեքում (Tilit)՝ ոչ պակաս
քան 40°/90° Ոտքերի հատվածի
շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15°/90°
Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ
պակաս քան 90° Երիկամային
կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ
պակաս քան 110մմ Սնուցում՝ 220Կ,
50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմում
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են գիտեկոլոգիական
վիրաբուժության համար
(թափոնների կոնտեյներ, ծնկի

				հենակներ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ռրակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) գինեկոլոգիական	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) գինեկոլոգիական	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) գինեկոլոգիական	China	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) գինեկոլոգիական Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայություն Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ Սեղանի նվազագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ ոչ

պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ
Հորիզոնական և երկայնական
շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ±
30 մմ Շարժումը (Backboard
upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան
70o / 10o Տրենդեյլենբուրգ / Rev
տրենդեյլենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25°
Սեղանի թեքում (ծախ / աջ)՝ ոչ
պակաս քան 15 աստիճան Գլխային
հատվածի թեքում (Tilit)՝ ոչ պակաս
քան 40°/90° Ոտքերի հատվածի
շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15°/90°
Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ
պակաս քան 90° Երիկամային
կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ
պակաս քան 110մմ Սնուցում՝ 220Կ,
50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմում
ներառված են բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են գինեկոլոգիական
վիրաբուժության համար
(թափոնների կոնտեյներ, ծնկի

				հենակներ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ռրակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--