

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	JIANGSU DENG GUAN MEDICAL TREATMENT INSTRUMENT CO.,LTD	WY-100DM	WY-100DM	JIANGSU DENG GUAN MEDICAL TREATMENT INSTRUMENT CO.,LTD	Ավտոկլավ; Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշիով 100 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով; Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է; Ունի չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը ; Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանություն; Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն; Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից,

միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել; Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն; Ամբողջ սարքը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից; Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,245ՄՊա Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար; Նախատեսված է ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունի ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն; Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 144°C; Ջերմաստիճանի կարգավորումը 105°C-138°C միջակայքում; Ախտահանման ժամանակը 0-99րոպե միջակայքում; Չորացման ժամանակը 0-99րոպե միջակայքում; Տաքության շեղումը  $\pm 2^\circ\text{C}$ ; Ունի LCD դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար; Սնուցումը 380Վոլտ, 50Հց, 14 Կվատտ;

					<p>Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 -CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭПԻԽՆԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	JIANGSU DENGGUAN MEDICAL TREATMENT INSTRUMENT CO.,LTD	WY-100DM	WY-100DM	JIANGSU DENGGUAN MEDICAL TREATMENT INSTRUMENT CO.,LTD	Автоклав Горизонтальный паровой стерилизатор объемом 100 литров Процесс стерилизации контролируется автоматически Имеет функцию сушки для достижения сушки стерилизованных материалов. Автоматическая защита от высокой температуры и высокого давления. Автоматическая защита от открывания дверей. Сигнал тревоги указывает на то, что давление в стерилизационной камере превышает 0,27 МПа или 2,7 бар, сигнал тревоги включен, и дверцу

открыть невозможно. Защита от низкого уровня воды. Вся машина изготовлена из нержавеющей стали. Максимальное рабочее давление 0,245 МПа Предназначен для стерилизации хирургических инструментов и принадлежностей, стеклянной тары, медицинской и экспериментальной одежды, медицинских перчаток. Предназначен для автоматической дезинфекции каждого предмета, а также для возможности программирования режимов оператором. Максимальная рабочая температура 144°C Контроль температуры в диапазоне 105°C-138°C Время дезинфекции в диапазоне 0-99 минут Время высыхания в диапазоне 0-99 минут Отклонение температуры  $\pm 2^\circ\text{C}$  Имеет жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров. Источник питания: 380 В, 50 Гц, 14 кВт Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском Оборудование новое,

					<p>неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяца; Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 CE Mark (Directive 93/42 / EEC)</p>
--	--	--	--	--	--