

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Հեմոդիալիզի սարք	Հեմոդիալիզի սարք	Հեմոդիալիզի սարք	Հեմոդիալիզի սարք	"Հեմոդիալիզի սարք Պահանջներ Սարքը պետք է նախատեսված լինի հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք) Մարտկոցի առկայություն Գունավոր սենսորային Էկրանի առկայություն Սարքը պետք է կարողանա աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) 5-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան պետք է ունենա մանրէների գտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության

հաճախականության խախտման,
արյան արտահոսքի, օդային
արտահոսքի, տրանսմեմբրանային
ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի
ջերմաստիճանի ազդանշան,
ախտահանման ավարտի
ազդանշան, շրջանցման (bypass)
ազդանշան և արյան պոմպի
դադարեցման ազդանշան`
առկայություն և վտոմատ
միացման/անջատման
հնարավորության առկայություն
և վտոմատ ինքնաստուգման
հնարավորության առկայություն
Մոնիտորին բուժման
պարամետրերի ցուցադրման
հնարավորության առկայություն
Կրեատինինի կլիրենսի
մշտադիտարկման առկայություն`
ներկառուցված սարքի միջոցով
էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու
դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և
մոնիտորինգի համար Սարքի արյան
պոմպը պետք է համապատասխանի
ստանդարտ A-V արյան
հոսքագծերին Արյան հոսքի
վերահսկման առկայությունը Արյան
արտահոսքի հայտնաբերման
առկայություն Հոսքի արագությունը

ոչ պակաս քան 50-ից մինչև 500 մլ/րոպե տիրույթում Դիալիզատի ջերմաստիճաններն ընտրվում է 35-ից 39օՑ աստիճան տիրույթում հստանյութի սպասում ռեժիմի առկայություն Օդի հայտնաբերման առկայություն Հեպարինի համար ներարկիչ դիսպանսերի առկայություն Հոսքի արագությունը 0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ Հոսքի արագություն՝ ոչ պակաս քան 300-ից 700 մլ / մթ տիրույթում (ոչ ավել քան 100 մլ/րոպ քայլով) Na և ՌԻՖ (ոլտրաֆիլտրավորման) պրոֆիլավորման հնարավորության առկայություն Ուլտրաֆիլտրացիայի հսկողության առկայություն՝ ± 50 մլ կամ ± 50 մլ / ժամ x սպառված բուժման ժամանակ (ժամ) կամ կուտակված ուլտրամանուշակագույն ծավալի 2.5%-ը Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայություն Պետք է ունենա ինտեգրված ջերմային և/կամ քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային

գրաֆիկով Ախտահանման մատյանի առկայություն Պետք է ունենա դրենաժային համակարգ Պետք է հնարավոր լինի մեքենան միացնել համակարգչին Անսարքության ավտոմատ ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն առցանց հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ (տեխնիկական սպասարկման ռեժիմում) Սնուցում Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Առաջարկվող սարքերը պետք է նախատեսված լինեն առնվազն ISO 13485 կամ համարժեք և CE Mark կամ համարժեք որակավորում ունեցող համարժեք երկու կամ ավելի պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար: Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը պետք է տրվեն Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «УС-ЕСД» № АР-2023/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Բոլոր սարքերի համար մատակարարվում են արյան ճնշումը չափելու մանժետոները (ճարմանդները) Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, տեխնիկական համակարգերի համար, էլեկտրոնային համակարգերի համար, անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք"
8					