

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | Ինհալյացիոն անզգայացման սարք | Ինհալյացիոն անզգայացման սարք | Ինհալյացիոն անզգայացման սարք | Ինհալյացիոն անզգայացման սարք | Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ. VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են Նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Երկու ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով` 12", 800 x 600 պիքսել Առանձին ներկառուցված թթվածնային |

հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման
հնարավորությամբ Արտացոլում
մոնիտորի վրա. Ճնշում-ժամանակ,
հոսք-ժամանակ, գազի
կոնցենտրացիա, օգտագործողի
կարգավորմամբ Պարամետրերը.
Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ
տիրույթում Ներշնչման հոսքը՝ 120
լ/ր Շնչառության հաճախությունը՝
4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E
ratio 4:1 - 1:10 Ճնշման
հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O
Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) -
50 սմ H2O PEEP՝ 3 - 20 սմ H2O
միջակայքում Մարտկոցի
առկայություն Անզգայացման սարքի
աշխատանքը մարտկոցով ոչ
պակաս քան 120 րոպե
Ազդանշաններ. O2 գազի
մատակարարման ճնշում, օդ,
Էլեկտրամատակարարում,
համակարգի անսարքություն,
փորձարկման ձախողում, ճնշումներ
՝ pmax, pmin, PEEP max,
հաճախականություն, ծավալներ՝
MVmax, MVmin, Vtmin Այլ
պահանջներ Երկու գոլորշիացնող
սարքերի համար գոլորշիացնող
ամրակների առկայություն O2

չափման համակարգի առկայություն
Իգոյուրանի և սեվոֆյուրանի
գոլորշիացուցիչների առկայություն
Հուլիսի CO2 կլանիչ Սոււցում՝ 220
Վ, 50/60 Հg Հիմնական լրակազմ
Անիվներով հենքի վրա
օդափոխության սարք, հիվանդի
կոնտուրի բռնակ, գազի
աղբյուրներին միացնելու
խողովակների համալիր Հոսքի
տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային
կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր,
բազմակի օգտագործման 2 հատ
(Մեծահասակների, երեխաների)
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր
լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ
նախատեսված սարքավորման
լիարժեք շահագործման համար
(բռնակներ, բազմակի
օգտագործման համար
նախատեսված շնչառական
խողովակներ մեծահասակների
երեխաների և նորածինների համար

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>2 հավաքածու, 5 կգ արտորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2023/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | | | | | |