

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/4-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 55 | Accu-Chek Active | Roche Diabetes Care | <p>Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեսթ-երիզ Accu-Chek Active գլյուկոմետրի համար : Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզներ՝ նախատեսված ֆոտոմետրիկ մեթոդով չափման շաքարաչափի համար: Նմուշի տեսակը՝մազանոթային արյուն: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ: Արյան ծավալը՝ 1-2 մլ: Համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա: Տուփում թեստ-երիզների քանակը՝ առնվազն 50 հատ: Նոր է, չօգտագործված:</p> <p>Ֆորմատ՝ 1 թեսթ-երիզ: Տուփը բացելուց հետո թեսթ երիզների պիտանելիության ժամկետը չի փոխվում և մատակարարը պարտադիր կներկայացնի կայունության /Stability/ սերտիֆիկատ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Թեստ-երիզը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2024/4-2-БПРЗ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 55 | | | |