

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	SAV MEDICAL	SAV GROUP LLC	Ջրային հիմքով, մածուցիկ գել նախատեսված ուլտրաձայնային հետազոտությունների ժամանակ օգտագործելու համար: Չի գրգռում մաշկը, չի վնասում ուլտրաձայնային սարքավորումների տվիչները: Պարունակում է՝ ջուր, պոլիմեր, խոնավեցնելու միջոցներ, կոնսերվանտներ և գույնավորող միջոցներ: Սոնո գելի pH-ը՝ $6,5 \pm 0,5$ : Խտությունը՝ $1,05 \text{ gr/cm}^3 \pm 0,03$ : Փաթեթավորումը՝ 250գ: Առաջարկվող ուլտրաձայնային գելը ներառված է GE Healthcare ընկերության ուլտրաձայնային համակարգերի համալրիչ տվիչների շահագործման համար նախատեսված թույլատրելի միջոցների ցանկի մեջ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПФ-2024/16-2-БПФЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
21	SAV MEDICAL	SAV GROUP LLC	Вязкий гель на водной основе для использования при ультразвуковых исследованиях. Не раздражает кожу, не повреждает ультразвуковые датчики. Содержит: воду, полимер, увлажнители, консерванты и красители. РН соно-геля составляет $6,5 \pm 0,5$ . Плотность: $1,05 \text{ г / см}^3 \pm 0,03$ . Упаковка: $260 \text{ г} \pm 10 \text{ г}$ . Предложенный ультразвуковой гель обязательно должен быть включен в список допустимых средств, предназначенных для работы с комплектными датчиками ультразвуковых систем компании GE Healthcare. Должен быть новым, неиспользованным. Наличие по крайней мере $\frac{1}{2}$ общего срока годности на момент доставки.