ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Nihon Kohden	EEG-1200	EEG-1200	Nihon Kohden	Նախատեսված ինչպես ամենօրյա, այնպես էլ ԻԹԲ բաժանմունքում հետազոտությունների համար։ Տվյալների մշակման/ փոխանցման համակարգի առկայություն HL7 ։ Տեսաձայնագրման համակարգ, տեսաձայնագրման և հետազոտության սինխրոնիզացիա։ ԷԷԳ քարտեզագրում։ Նույնիսկ մեկ կանալի և մոնտաժի միացման դեպքում ամպլիտուդը սպեկտրալ և հաճախականության հետ իրական ժամանակում քարտեզագրման առկայություն։ Ցնցումների հայտնաբերում (Spike and seizure

						detection)։ ԷԷԳ տրենդ՝ փոխակերպում է ԷԷԳ ազդանշանը մաքուր տրենդ գրաֆիկ։ Նեյրոմոնիտորինքի տարբեր պարամետրերի իրական ժամանակում կառավարում։ Ամպլիֆայեր նախատեսված 256 ալիքի համար։ Հետազոտության ժամանակ հնարավորություն է տալիս նայել հին հետազոտությունները՝ 4 հետազոտություն միաժամանակ։ Ցուցադրվող ալիքների քանակը՝ 64, Ցուցադրվող ալիքների գույների քանակը՝ 16, Ալիքների ցուցադրումը հնարավոր է միացնել/անջատել/սառեցնել (ֆիքսել) և փոփոխել։ Թերթելու արագությունը՝ 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 ս կամ 5 ր/էջ, Ժամանակի նշագրում՝ 0.1, 1s, Ժամանակի սանդղակ՝ անջատված, 0.2, 1s, ԷԷԳ մուտքագրում՝ 25 (հնարավորություն ավելացնելու, 4), բիպոլյար մուտքագրում՝ 7, DC մուտք՝ 4 (1,5 MΩ), SpO2 միակցիչ ՝ 1, CO2 միակցիչ ՝ 1, Ներածման դիմադրություն։ ԷԷԳ մուտքագրում / լրացուցիչ մուտքագրում - 100 MΩ,

					DC մուտքագրում - 1.5 MΩ, Մուտքային շղթայի հոսանք – 5, Ներքին աղմուկի մակարդակ՝ EEG մուտքագրում / լրացուցիչ մուտքագրում –1.5 μVp-p (0.53 to 60 Hz), DC մուտքագրում –10 mVp-p, CMRR: ԷԷԳ մուտքագրում / լրացուցիչ մուտքագրում - 105 dB (60 Hz) Բիպոլյար մուտքագրչում –100 դԲ (60 Հg), Ցածր հաճախականության ֆիլտր - 0.08 Հg(Ժամանակի հաստատունը: 2 s), Բարձր հաճախականության ֆիլտեր - 300 Հg, Օֆսեթ հանդուրժողականություն - ±600 մՎ, AD փոխակերպում - 16 bits (97 nV/LSB), Տվյալների մշակում ՝ EEG մուտքագրում - OFF, 1, 2, 3 (2.5), 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 700, 1000 μ V/mm, DC մուտքագրում - OFF, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 700, 1000 mV/mm, Ժամանակի հաստատուն՝ Ցածր հաճախականության ֆիլտր՝ 0.001, 0.003, 0.03, 0.1, 0.3, 0.6, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 s, 0.016, 0.03, 0.08, 0.16, 0.27, 0.53, 1.6, 5.3, 53, 159 Հg (− 6 dB/oct), Բարձր հաճախականության

					Ֆիլտեր՝ 15, 30, 35, 60, 70, 120 (− 12 dB/oct), 50 (RAPID), 300 Hz (− 18 dB/oct) AC ֆիլտեր՝ 50 or 60 Hz: Կալիբրացիոն ալիքի ձև՝ 0.25 Հg ալիքի աստիճանը կամ 10 Հg սինուսային ալիք, Վոլտաժ՝ 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 մՎ(×1000 հաստատուն մուտքային ազդանշան), Ֆոտիկ խթանում (Photic Stimulation), Առավելագույն լուսաբռնկման էներգիա - 1.28, Խթանման ռեժիմներ - 3 ավտոմատ (30 քայլ, ծրագրավորվող), մեխանիկական և մեկական, Շարունակական շահագործում ընդհատվող ծանրաբեռնվածության ժամանակ, Ավտոմատ խթանում՝ Խթանման հաճախականությունը՝ 0.5, 1 մինչև 33 (1 Հg քայլ), 50 և 60 Հg, Անվտանգության նորմերը՝ CISPR11 GROUP 1 CLASS B: 2003, CAN/CSA C22.2 No.60601-1-2-03, IEC 60601-1: 1988, CAN/CSA C22.2 No.601.1B-90, ICE 60601-1 Amendment 1: 1991, CAN/CSA C22.2 No.60601-1-1-02 (R2002) IEC 60601-1 Amendment 2: 1995, CAN/CSA C22.2 No.60601-2-26-04, IEC 60601-1-1: 2000, IEC 60601-1-2: 2001, IEC

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍ ԷԱՃԱ ԳՀԱԲ-2024/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					60601-1-2 Amendment 1: 2004, IEC 60601-2-26: 2002, CAN/CSA C22.2 No.601.1-M90: 1990, CAN/CSA C22.2 No. 601.1S1-94: Լրակազմը՝ ԷԷԳ համակարգ, Համակարգիչ, մոնիտորով առնվազն 22’’, Ծրագրային ապահովում, ԷՄԳ ստեղնաշար, Սայլակ, Ծախսանյութերի սկզբնական հավաքածու, առնվազն՝ Գլխարկ L չափի, Գլխարկ M չափի, Միանվագ ասեղներ, 100 հատ, Գել, Էլեկտրոդների միակցիչ, Գոտի: Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս: Համակարգի կարգաբերում և ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը նոր, չօգտագործված, մատակարարման պահին ոչ ավել քան 1 տարվա արտադրության: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO 13485, CE Mark: