

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ազաստ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզ/1	Չինաստան Հնդկաստան Ռուսաստան Ուկրաինա Բելառուսիա	<p>Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզ Contour Plus գլյուկոմետրի համար և պարտադիր համատեղելի Contour Plus գլյուկոմետրի հետ: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ ավել, քան՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝0,6մկլ-0.8մկլ: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝0-70%: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Տուփում թեստ-երիզների քանակը՝ առնվազն 25 հատ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ-երիզ: Թեստ-երիզների պիտանելիության ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից և մատակարարը պարտադիր ներկայացնելու է կայունության /Stability/ սերտիֆիկատ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Թեստ-երիզը համապատասխանում է ISO 15197, ISO 13485 չափորոշիչների պահանջներին: Նոր է, չօգտագործված:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Агаст в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-2-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
50			