

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Introducer Femoral 8Fr,	.	Terumo	Ինտրոդյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 8Fr չափսի- պարունակում է՝ ինտրոդյուսեր ` 10սմ ծայրի երկարությամբ, ունի 0.038" տրամագծով վայեր, 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:

				<p>«Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2024/16-6-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Introducer Femoral 8Fr,	.	Terumo	Интродьюсер комплект феморальный размера 8Fr, содержит интродьюсер длиной наконечника 10 см, имеет ваер диаметром 0,038 дюйма, с иглой 18G. Переход дилатора на спринцовку высокой точности, позволяющий погружать интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительных вмешательств (например, лезвия скальпеля). Обязательным условием является наличие сertiфиката качества CE MARK для любого количества доставляемого товара. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 50% полного срока годности на момент доставки. Товар, приобретаемый в рамках «бесплатной медицинской

				помощи и услуг для населения» с целью тромболитического лечения и предоставления услуг механической тромбэктомии при остром и/или подостром ишемическом инсульте головного мозга.
--	--	--	--	---