

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Medec International bv	MEDEC	Caelus Lite	Medec International bv	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը` 2-3 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով,  
ներկառուցված դարակներով:  
Գոլորշացուցիչները փոփոխական  
շրջանցիկ, ամբողջությամբ  
փոխհատուցվող մեթոդով:  
Շնչառության ծավալը՝ 5 -1600 մլ  
միջակայքում, ներշնչման դադարը՝  
0-60% միջակայքում, շնչառության  
հաճախականությունը՝ 2-100  
շնչ/րոպե միջակայքում, ներշնչման  
հոսքը՝ 180 լ/ր, պասիվ  
անզգայացնող գազի հեռացում,  
CO2-ի կոնցենտրացիայի  
արտացոլում ներկառուցված  
մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի  
հաշվարկում էլեկտրոնային  
անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի  
տվիչի արձագանքը՝ 0,45վ,  
աշխատանքը ներկառուցված  
մարտկոցներից՝ 90ր, Դիտարկման  
հնարավորությունները՝ թայմերի  
առկայությունն բոլոր ռեժիմներում,  
ներկառուցված 18.5 դոյմանոց  
մոնիտոր: Կորերի արտացոլման  
հնարավորության առկայություն՝  
ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2,  
Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան,  
սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին:  
Գրաֆիկական և թվային տրենդների

				<p>առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող կյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն:</p> <p>Տաճնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը՝ 24 ամիս, տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից, օգտագործման ձեռնարկ: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭПНГІСБГ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Medec International bv	MEDEC	Caelus Lite	Medec International bv	Наркозно-дыхательный аппарат для взрослых и новорожденных, с микропроцессорным управлением, пневматической ингаляционной системой, аппарат имеет датчики потока типа на выдохе и вдохе. Встроенная система вакуума. Электронная настройка РЕЕР. Самопроверка системы 2-3 минут. Аппарат имеет - датчик утечек, автоматическую идентификацию анестетического газа, парамагнитическую ячейку кислорода, встроенные ящики, дыхательный мешок с датчиком

застревания, испарители с переменным байпасом и полностью компенсационным методом. Объём дыхания 5-1600 мл, инспираторная пауза 0-60%, частота дыхания 2-100 вдохов / мин, поток вдоха 180 л/мин, пассивный вывод анестетика,

Вывод концентрации CO<sub>2</sub> на встроенный экран, расчет объема выдоха анемометрическим способом, отклик кислородной ячейки 0.45с, работа от встроенных аккумуляторных батарей 90 мин.

Параметры наблюдения` возможность таймера во всех режимах, встроенный 18.5-дюймовый монитор.

Возможность отображения следующих кривых` давление, поток, объём, CO<sub>2</sub>, Галотан, Изофлуран, Энфлюран, Севофлуран, Десфлуран, кислород.

Наличие графических и цифровых трендов - P<sub>peak</sub>, P<sub>mean</sub>, PEEP, MV, CO<sub>2</sub> insp. / exp., O<sub>2</sub> insp. / exp., активного вещества, сопротивление легких, статическое/динамическое соответствие, Сохранение и

				<p>вывод тревог на внешние носители. Аппарат имеет возможность вывода следующих параметров на экран: сопротивление легких, статическое/динамическое соответствие, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent. Комплектация: Наркозный аппарат, Испаритель 2 шт: изофлюран и севофлюран, Порт «Freshgas», Гарантийный срок на оборудование 24 месяцев, установка и обучение осуществляет поставщик, Инструкция по эксплуатации. Сертификаты качества (наличие): ISO13485, CE (Директива 93/42/ЕЕС).</p>
--	--	--	--	---