ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Medec International bv	MEDEC	Caelus Lite	Medec International bv	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը՝ 2-3 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

					պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով: Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով: Շնչառության ծավալը՝ 5 -1600 մլ միջակայքում, ներշնչման դադարը՝ 0-60% միջակայքում, շնչառության հաճախականությունը՝ 2-100 շնչ/րոպե միջակայքում, ներշնչման հոսքը՝ 180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը՝ 0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ 90ր, Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված 18.5 դույմանոց մոնիտոր: Կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2, Հալոտան, Իզոֆլուրան, էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին: Գրաֆիկական և թվային տրենդների

					առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Տագնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլյուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը՝ 24 ամիս, տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից, օգտագործման ձեռնարկ: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Medec International bv	MEDEC	Caelus Lite	Medec International bv	Наркозно-дыхательный аппарат для взрослых и новорожденных, с микропроцессорным управлением, пневматической ингаляционной системой, аппарат имеет датчики потока типа на выдохе и вдохе. Встроенная система вакуума. Электронная настройка PEEP. Самопроверка системы 2-3 минут. Аппарат имеет – датчик утечек, автоматическую идентификацию анестетического газа, парамагнетическую ячейку кислорода, встроенные ящики, дыхательный мешок с датчиком

					застревания, испарители с переменным байпасом и полностью компенсационным методом. Объём дыхания 5-1600 мл, инспираторная пауза 0-60%, частота дыхания 2-100 вдохов / мин, поток вдоха 180 л/мин, пасивный вывод анестетика, Вывод концентрации CO2 на встроенный экран, расчет обьема выдоха анемометрическим способом, отклик кислородной ячейки 0.45с, работа от встроенных аккумуляторных батарей 90 мин. Параметры наблюдения` возможность таймера во всех режимах, встроенный 18.5-дюймовый монитор. Возможность отображения следующих кривых` давление, поток, объём, CO2, Галотан, Изофлуран, Энфлюран, Севофлуран, Десфлуран, кислород. Наличие графических и цифровых трендов - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., активного вещества, сопративление легких, статическое/динамическое соответвествие, Сохранение и

					вывод тревог на внешние насители. Аппарат имеет возможность вывода следующих параметров на экран` сопративление легких, статическое/динамическое соответвествие, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent. Комплектация` Наркозный аппарат, Испаритель 2 шт: изофлюран и севофлуран, Порт «Freshgas», Гарантийный срок на оборудование 24 месяцев, установка и обучение осуществляет поставщик, Инструкция по эксплуатации. Сертификаты качества (наличие): ISO13485, CE (Директива 93/42/EEC).