

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Shanghai Aohua Photoelectircity Endoscope Co.,Ltd.	Aohua	AQ100	Shanghai Aohua Photoelectircity Endoscope Co.,Ltd.	Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ Լույսի աղբյուր ունի պայծառության ձեռքի և ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն Հիմնական լամպի և պահեստային լամպի առկայություն Հիմնական լամպը LED , լամպի հզորությունը 175W քսենոն լամպին համարժեք, Պահեստային լամպը LED , լամպի հզորությունը քսենոն լամպի 175 Wին համարժեք հնարավոր է պահեստային լամպին ավտոմատ կերպով անցնելու գործառույթ առանց բժշկական անձնակազմի

մասնակցության` հիմնական լամպի փչանալու դեպքում Լույսի ելքի կետի տրամագիծը` 5 մմ Լամպի կյանքի տևողությունը` , LED լամպի դեպքում 10000 ժամ Լուսավորության ավտոմատ կառավարման գործառույթի առկայություն ,Էներգետիկ ճանաչման գործառույթ ունի օդային պոմպի միակցիչ Տեսանյութերի պրոցեսոր HD վիդեո պրոցեսոր ,բարձր հստակության տեսանյութ աղմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում պայծառության ավտոմատ հավասարեցում Էներգետիկ նույնականացում Մուտքային և ելքային պորտեր Տեսանյութի ելք. DVI, SDI, S-video Ուտքի վերանշառիչ պորտ Ethernet ցանցի պորտ USB պորտ Լույսի աղբյուրի հաղորդակցման պորտ Թողունակությունը` 1280x720 Ունի սպիտակ հավասարակշռության հիշողություն Ունի սպիտակ ավտոմատ հավասարակշռություն Գույնի տոնայնության ճշգրտում Ունի կարմիր և կապույտ տոնայնությունների ճշգրտում . IRIS գործառույթ x2 պատկերի

մեծացման հնարավորություն
Պատկերի սառեցում /
պահեստավորում Մեթոդներ.
հեռակառավորման կոճակ,
ստեղնաշար ,ոտնակ Դիսփլեյ
ցուցադրման ռեժիմ`
ստանդարտներ / ամբողջական
Էկրան Գունային Էկրան. Միացնել /
անջատել Պատկերները և
տեսանյութերը USB կրիչում պահելու
հնարավորություն Գաստրոսկոպ
Աշխատանքային երկարությունը`
1050 մմ Ընդհանուր երկարությունը`
1350 մմ Դիստալ վերջույթի
տրամագիծը` 9,6 մմ Ներդիրի
հատվածի առավելագույն արտաքին
տրամագիծը` 9,8 մմ Դաշտի
խորությունը` 3-100 մմ, շեղումը`
10%ից պակաս Գործիքային անցքի
տրամագիծը` 2.8 մմ, շեղումը` ոչ
ավելի քան 10% Դաշտի տեսարան`
140o Վերջույթի շեղում. Վերև/ներք`
120o/90o Ձախ/աջ` 100o/100o
Կոլոնոսկոպ Աշխատանքային
երկարությունը` 1650 մմ Ընդհանուր
երկարությունը` 1950 մմ Դիստալ
վերջույթի տրամագիծը` 12,8 մմ
Ներդիրի հատվածի առավելագույն
արտաքին տրամագիծը` 12,8 մմ

Դաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ,
շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10%
Գործիքային անցքի տրամագիծը՝
3,7-3,8 մմ տիրույթում Գործիքային
անցքի դիտման նվազագույն
հեռավորությունը՝ 3 մմ Դաշտի
տեսարան՝ 140o Վերջույթի շեղում.
Վերև/ներք՝ և 180o/180o Ձախ/աջ՝
160o/160o Այլ պարագաներ. առկա է
անիվներով շարժական սայլակ
անհրաժեշտ մասերով Ունի հատուկ
բժշկական մոնիտոր՝ 24"
Հերմետիկության ստուգիչի
առկայություն 24 ամիս երաշխիք
ամբողջ համակարգի Մոնտաժային
մալուխների առկայություն
անհրաժեշտ համակարգի
տեղադրման համար Տեղադրման
աշխատանքների կատարում
մասնագետի կողմից
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
մասնագետի կողմից Օգտագործման
ծեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն
Ապրանքը նոր է, չօգտագործված
Ապրանքը կլինի արտադրված ոչ ուշ
քան մատակարարման օրվանից 12
ամսվա ընթացքում Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և

պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 և CE Mark (Directive 93/42/EEC)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					