

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻՆԱՐԵ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Վիրահատական լուսատու շարժական | ՉԺՀ | ՉԺՀ | ՉԺՀ | Վիրահատական լուսատու շարժական; LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն; Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50,000 ժամ; Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 110 հատ; Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), ոչ պակաս քան 120.000 լյուքս; Գունային ջերմաստիճանը` ոչ պակաս քան 4300±200K; Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն; Ֆոկուսի վերահսկման |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>առկայություն; Ինտենսիվության վերահսկողությունը ոչ պակաս քան 5 քայլ; Սնուցում՝ 220Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛИНАРЕ МЕД» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2024/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | | | |