

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով; Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից; Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայություն; Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն; Ռենտգենյան ճառագայթների թափանցելիություն ամբողջ սեղանի երկարությամբ; Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ; Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ; Սեղանի |

նվազագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ;
Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ; Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ± 30 մմ; Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70°/10°;
Տրենդելենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25°; Սեղանի թեքում (ձախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան; Գլխային հատվածի թեքում (Tilit՝ ոչ պակաս քան 40° / 90°; Ոտքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15° / 90°; Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90°;
Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110մմ; Սնուցում՝ 220Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված;
Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>են լիարժեք գործունեության համար (օրթոպեդիկ կցորդ, ՝ բոլոր տեսակի օրթոպեդիկ գործողությունների հետ աշխատելու համար + ունիվերսալ գործողություններ) և այլն.;</p> <p>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---|---|---|---|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով; Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից; Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայություն; Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն; Ռենտգենյան ճառագայթների թափանցելիություն ամբողջ սեղանի երկարությամբ; Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ; Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ; Սեղանի |

նվազագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ;
Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ; Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ± 30 մմ; Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70°/10°;
Տրենդելենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25°; Սեղանի թեքում (ձախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան; Գլխային հատվածի թեքում (Tilit՝ ոչ պակաս քան 40° / 90°; Ոտքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15° / 90°; Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90°;
Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110մմ; Սնուցում՝ 220Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված;
Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>են լիարժեք գործունեության համար (օրթոպեդիկ կցորդ, ՝ բոլոր տեսակի օրթոպեդիկ գործողությունների հետ աշխատելու համար + ունիվերսալ գործողություններ) և այլն.;</p> <p>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|--|