

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	"Pentax EPK-i5500c IMAGINA"	"Pentax EPK-i5500c"	EPK-i5500c	Pentax	"Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ; Լույսի աղբյուր; Ունի պայծառության ձեռքի և ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն; Հիմնական լամպի և պահեստային լամպի առկայություն; Հիմնական լամպը LED, լամպի հզորությունը 175 W քսենոն լամպին համապատասխան, Պահեստային լամպը LED, լամպի հզորությունը 175 W քսենոն լամպին համապատասխան, Ունի պահեստային լամպին ավտոմատ կերպով անցնելու գործառույթ

առանց բժշկական անձնակազմի մասնակցության՝ հիմնական լամպի փչանալու դեպքում; Լույսի ելքի կետի տրամագիծը՝ 5 մմ; Լամպի կյանքի տևողությունը՝ 10000 ժամ; Լուսավորության ավտոմատ կառավարման գործառույթի առկայություն; Էներգոսպի ճանաչման գործառույթ; օդային պոմպի միակցիչ; Տեսանյութերի պրոցեսոր; HD վիդեո պրոցեսոր; բարձր հստակության տեսանյութ; աղմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում; պայծառության ավտոմատ հավասարեցում; Պետք է ունենա Էներգոսպի նույնականացում; Մուտքային և ելքային պորտեր (ոչ պակաս քան); Տեսանյութի ելք. DVI, SDI, S-video; Ուտքի վերանջատիչ պորտ; Ethernet ցանցի պորտ; USB պորտ; Լույսի աղբյուրի հաղորդակցման պորտ; Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1280x720; Ունենա սպիտակ հավասարակշռության հիշողություն; Ունենա սպիտակ ավտոմատ հավասարակշռություն; Գույնի տոնայնության ճշգրտում Պետք է ունենա ոչ պակաս քան կարմիր և

կապույտ տոնայնությունների ճշգրտում; Պետք է ունենա IRIS գործառույթ; Պետք է ունենա ոչ պակաս քան x1.8 պատկերի մեծացման հնարավորություն; Պատկերի սառեցում / պահեստավորում; Մեթոդներ. հեռակառավորման կոճակ, ստեղնաշար կամ ոտնակ; Դիսփլեյ ցուցադրման ռեժիմ` ստանդարտներ / ամբողջական էկրան; Գունային էկրան. Միացնել / անջատել; Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու հնարավորություն; Գաստրոսկոպ; Աշխատանքային երկարությունը` 1050 մմ; Ընդհանուր երկարությունը` 1350 մմ; Դիստալ վերջույթի տրամագիծը` 9,6 մմ; Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը` 9,8 մմ; Դաշտի խորությունը` 3-100 մմ, ; Գործիքային անցքի տրամագիծը` 3.2 մմ,; Դաշտի տեսարան` 140o; Վերջույթի շեղում. Վերև/Ներք` ոչ պակաս քան 210o/120o; Ձախ/աջ` ոչ պակաս քան 120o/120o; Կոլոնոսկոպ; Աշխատանքային երկարությունը` 1650 մմ;

Ընդհանուր երկարությունը՝ 1950 մմ; Դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ 11,5 մմ; Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 11,6 մմ; Դաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ; Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ 3,8 մմ; Գործիքային անցքի դիտման նվազագույն հեռավորությունը՝ 3 մմ; Դաշտի տեսարան՝ 140օ; Վերջույթի շեղում. Վերև/Ներք՝ 180օ/180օ; Ձախ/աջ՝ 160օ/160օ; Այլ պարագաներ; անիվներով շարժական սայլակ անհրաժեշտ մասերով; հատուկ բժշկական մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 24"; Հերմետիկության ստուգիչի առկայություն; Այլ պայմաններ; 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի; Մոնտաժային մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար; Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն; Ապրանքը նոր է, չօգտագործված;

000 Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом					<p>Ապրանքը արտադրված է մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար;</p> <p>Որակի վկայականներ (արկայություն), -ISO13485; -CE Mark << և CE Mark 12F-2024/30 >> նի՞ շե (Directive 93/42/EEC):"</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

представляет полное описание предлагаемого им товара

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					