

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>Սթրես թեստային համակարգ (տրեդմիլ)</p> <p>1)CONTEC8000S 2) Cardio PC/E 3) xr600m 4) C-Mill, C-Mill VR, C-Mill VR+ 5) Vega 201, Vega 301 6) er2100 7) Stress test electrocardiograph 8) ST Win 9) Cardios pro 10) Cardiac stress test equipment 11)</p>	<p>Սթրես թեստային համակարգ (տրեդմիլ)</p> <p>1)CONTEC8000S 2) Cardio PC/E 3) xr600m 4) C-Mill, C-Mill VR, C-Mill VR+ 5) Vega 201, Vega 301 6) er2100 7) Stress test electrocardiograph 8) ST Win 9) Cardios pro 10) Cardiac stress test equipment 11)</p>	<p>1)CONTEC8000S 2) Cardio PC/E 3) xr600m 4) C-Mill, C-Mill VR, C-Mill VR+ 5) Vega 201, Vega 301 6) er2100 7) Stress test electrocardiograph 8) ST Win 9) Cardios pro 10) Cardiac stress test equipment 11) TrueST, TrueST Bluetooth 12) Gemini-TMT system</p>	<p>1)CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD 2) INNOMED MEDICAL INC. 3) Cardioline 4) Hocoma AG 5) Recorders & Medicare Systems Pvt Ltd 6) Custo Med GmbH 7) AMEDTEC Medizintechnik 8) Nasan Medical Electronics 9) Meditech Equipment 10) Kardiner 11)</p>	<p>Սթրես թեստային համակարգ (տրեդմիլ); Սթրեսային ԷՍԳ համակարգ՝ ներկառուցված Էլեկտրասրտագրության մոդուլով և ծրագրով; Ներկառուցված Էլեկտրասրտագրության մոդուլով; Տեսակավորություն վազքուղու համար. Վազքուղու համար նախատեսված ծրագրակազմ; Ավտոմատ ST չափում; Ավտոմատացված ԷՍԳ վերլուծություն, առիթմիայի ավտոմատ հայտնաբերում և ահազանգ; Վերլուծության պարամետրերի կազմաձևում,</p>

<p>TrueST, TrueST Bluetooth 12) Gemini-TMT system 13) DYNATRAC Ultra 14) SPANDAN CS-10 / CS-20</p>	<p>TrueST, TrueST Bluetooth 12) Gemini-TMT system 13) DYNATRAC Ultra 14) SPANDAN CS-10 / CS-20</p>	<p>13) DYNATRAC Ultra 14) SPANDAN CS-10 / CS-20</p>	<p>Clarity Medical Pvt Ltd 12) ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD 13) BPL Medical Technologies 14) SCHILLER AG</p>	<p>շարունակական EՍԳ ցուցադրություն, վերլուծության արդյունքի պատճեններ և տպագիր զեկույց; Վազքուղու պրոտոկոլի ստեղծում; Հեշտ գործարկում սենսորային էկրանով; LAN կամ USB միացում (WIFI); Ձայնագրման ալիք՝ 12 ալիք; EՍԳ 12 ստանդարտ արտածումների գրանցում. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; Չգայունություն. 5, 10, 20 մմ / մվոլտ; Ձայնագրման արագությունը՝ 5, 10, 25 մմ / վրկ; Ձայնագրման գործողություն՝ ավտոմատ / ձեռքով; EՍԳ պատճեն. տպագիր վերջին հիվանդի համար; Բացահայտման ամբողջական զեկույց. EԿԳ ցուցադրելու ընթացքում 1 թուպի ընթացքում ձայնագրված EՍԳ; EՍԳ-ի անմիջապես գրանցում՝ վերջին ազդանշանը պահպանվում է մինիմում 8 վայրկյանում EՍԳ ցուցադրելու ընթացքում; EՍԳ գրանցում. միաժամանակյա 12 արտածումային EՍԳ; Ալֆա-թվային տվյալների մուտքագրում. ID- ն, տարիքը, հիվանդի անունը, հիվանդանոցի անունը և այլն՝ այբբենական կարգով; Թվային գտիչ.</p>
--	--	---	---	--

դրեյֆ, մկան և AC 50 Հց;
Կարգաբերում. հաճախականության
և զգայունության արձագանքի
համար 1 մՎ ազդանշանի ներքին
ձայնագրում; A / D փոխակերպում.
12 բիտ և ավելի; Անվտանգության
դաս I (Էլեկտրական ցնցումներից
պաշտպանվելու աստիճանը. Type
CF կիրառական մասեր); Հիվանդի
արտահոսքի հոսանքը` 10;
Էլեկտրոսնուցումը` 220 Վոլտ/50 Հց;
Թվային միջերես` RS232 արտաքին
սարքը միացնելու համար; Արյան
զարկերակային ճնշման գրանցիչի
առկայություն; Սրտի բաբախում
հաճախականությունը` ոչ պակաս,
քան 30-ից 200 պտույտ րոպե
տիրույթում; Համակարգչային ցանց
ԷՍԳ տվյալների փոխանցում
համակարգչին, ԷՍԳ պահպանում
համակարգչի վրա, ԷՍԳ գրառում
համակարգչային տպիչին; Իրական
ժամանակի ժամացույց, ամսաթիվ;
Առիթմիայի հայտնաբերում.
ավտոմատ ձայնագրման ռեժիմ;
Կարդիոստիմուլյատորի
հայտնաբերում; Ներկառուցված
հիշողության` USB / SD քարտ;
Դիսփլեյը` ոչ պակաս քան LCD,

				<p>դիտման տարածքը՝ ոչ պակաս քան 530x290 մմ; Համակարգչային հսկողություն վազքուղու արագության և թեքության վրա; Վազքուղի.: Չափսերը՝ 270x800x1340 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի, քան 10%; Հիվանդի առավելագույն քաշը ոչ պակաս քան 180 կգ; Արագության տիրույթ. 0,5 Կմ / Ժ-ից մինչև 20 Կլ / Ժամ, շեղումը՝ ոչ ավելի, քան 10%;</p> <p>Լրակազմ և պարագաներ.</p> <p>Վազքուղի՝ ներկառուցված էլեկտրասրտագրության մոդուլով; ԷՍԳ էլեկտրոդներ՝ 60 հատ և ավելի;</p> <p>Տեղադրում և մեկնարկ;</p> <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում;</p> <p>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար;</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ. (առկայություն); -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					