

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|
|                 | ապրանքային նշանը                          | մակնիշը                                   | արտադրողի անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 7               | Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով | Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով | Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով | Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով: Տվիչը բազմակի օգտագործման, ռետինե կամ սիլիկոնե կապանքով: Ցուցադրումը առնվազն 2,4" գուևավոր էկրանին: Ցուցադրվող պարամետրերը առնվազն` SpO2 ցուցանիշի կոր, SpO2 % ներկայիս ժամանակի, SpO2 % առավելագույն գրանցված, SpO2 % նվազագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ ներկայիս ժամանակի, պուլսի ցուցանիշ առավելագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ նվազագույն գրանցված, պուլսի կոր, պերֆուրանի ինդեքս, մարտկոցի լիցք, լիցքավորման կարգավիճակ, տազնապ, տազնապի դադար, ժամացույց, մենյու: Մենյուի հասանելի լեզուները առնվազն անգլերեն, ռուսերեն: Աշխատանքը մարտկոցներով և ցանցից: Գրանցված տվյալների պահպանում առնվազն 72 ժամ: Առնվազն 100 տարբեր |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>հիվանդների գրանցում և պահպանում:<br/>Կարգաբերումները առնվազն՝ տազնապի սահմաններ,<br/>ազդանշաններ, լեզու, լիցքավորման ռեժիմ,<br/>պայծառություն: Չափման սահմանները առնվազն<br/>SpO2% 100-70 միջակայքում, պուլսի ցուցանիշ 30-250<br/>գարկ միջակայքում, պերֆուզիայի ինդեքս առնվազն<br/>0,1-20 % միջակայքում, նեոնատալ չափումներ:<br/>Երաշխիքային սպասարկումը ոչ պակաս քան 12 ամիս:<br/>Որակի համապատասխանության վկայագրեր առնվազն՝<br/>ISO 13485, FDA: Ապրանքի մատակարարումն<br/>իրականացվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու<br/>օրվանից սկսած 50 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2024/16-11-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                        |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
|            | товарный знак                             | марка                                     | наименование производителя                | технические характеристики   |
| 7          | Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով | Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով | Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով | Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով: Տվիչը բազմակի օգտագործման, ռետինե կամ սիլիկոնե կապանքով. Ցուցադրումը առնվազն 2,4" գույնավոր էկրանին: Ցուցադրվող պարամետրերը առնվազն` SpO2 ցուցանիշի կոր, SpO2 % ներկայիս ժամանակի, SpO2 % առավելագույն գրանցված, SpO2 % նվազագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ ներկայիս ժամանակի, պուլսի ցուցանիշ առավելագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ նվազագույն գրանցված, պուլսի կոր, պերֆոլիայի ինդեքս, մարտկոցի լիցք, լիցքավորման կարգավիճակ, տազնապ, տազնապի դադար, ժամացույց, մենյու: Մենյուի հասանելի լեզուները առնվազն անգլերեն, ռուսերեն: Աշխատանքը մարտկոցներով և ցանցից: Գրանցված տվյալների պահպանում առնվազն 72 ժամ: Առնվազն 100 տարբեր |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>հիվանդների գրանցում և պահպանում:<br/>Կարգաբերումները առնվազն՝ տազնապի սահմաններ,<br/>ազդանշաններ, լեզու, լիցքավորման ռեժիմ,<br/>պայծառություն: Չափման սահմանները առնվազն<br/>SpO2% 100-70 միջակայքում, պուլսի ցուցանիշ 30-250<br/>գարկ միջակայքում, պերֆուզիայի ինդեքս առնվազն<br/>0,1-20 % միջակայքում, նեոնատալ չափումներ:<br/>Երաշխիքային սպասարկումը ոչ պակաս քան 12 ամիս:<br/>Որակի համապատասխանության վկայագրեր առնվազն՝<br/>ISO 13485, FDA: Ապրանքի մատակարարումն<br/>իրականացվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու<br/>օրվանից սկսած 50 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p> |
|--|--|--|--|--|