

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	BSC-IIA2-3J	BSC-IIA2-3J	BSC-IIA2-3J	Infitek	Դասակարգում II դասի տեսակ A2 Մաքրության մակարդակ ISO մակարդակ 4 Չտման արդյունավետությունը $\geq 99,9995\%$ , @0,12 մկմ Չտիչներ ULPA (U15) * 2 հատ Ներքևի հոսքի միջին արագությունը (մ/վ) 0,25-0,40 Ներհոսող օդի միջին հոսքի արագությունը (մ/վ) $\geq 0,5$ Չայնի արտանետում (dBA) $\leq 67$ Թրթռման գագաթնակետը (մկմ) $\leq 5$ Էլեկտրականություն AC միաֆազ 220V/50Hz Օդի հավասարակշռության կենսաբանական պաշտպանություն

					<p>Անձնակազմի պաշտպանություն.  ա.Ազդեցության նմուշառման  գաղութների ընդհանուր  թիվը՝<math>\leq 10CFU/</math>ժամանակ բ. Սլոտի  նմուշառողի գաղութների ընդհանուր  թիվը:<math>\leq 5CFU/</math>ժամանակ  Արտադրանքի պաշտպանություն  1-8CFU/ml (կրկնել 3 անգամ, 5  րոպե/ժամ) գաղութների ընդհանուր  թիվը:<math>\leq 5CFU/</math>ժամանակ Խաչածե  աղտոտման պաշտպանություն  1-8CFU/ml (կրկնել 3 անգամ, 5  րոպե/ժամ) գաղութների ընդհանուր  թիվը՝<math>\leq 5CFU/</math>ժամ Առավելագույն  հզորությունը (KV·A) <math>\leq 1,5</math>  (ներառված է պահեստային  վարդակից) Քաշը (կգ) 230/240  Աշխատանքային գոտու չափս  (վ***չ) 1000*520*640 մմ Արտաքին  չափերը (W*D*H) 1165*760*2200 մմ  LED լամպ 15W*2հատ  Ուլտրամանուշակագույն լամպ  20W*1բ Լուսավորություն (Lux)  1000 Մատակարարման և  արտանետման խողովակի  տրամագիծը (մմ) <math>\Phi 250</math> Քամու  ուղղությունը Վերևից դուրս</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	BSC-IIA2-3J	BSC-IIA2-3J	BSC-IIA2-3J	Infitek	Դասակարգում II դասի տեսակ A2 Մաքրության մակարդակ ISO մակարդակ 4 Չտման արդյունավետությունը $\geq 99,9995\%$ , @0,12 մկմ Չտիչներ ULPA (U15) * 2 հատ Ներքևի հոսքի միջին արագությունը (մ/վ) 0,25-0,40 Ներհոսող օդի միջին հոսքի արագությունը (մ/վ) $\geq 0,5$ Չայնի արտանետում (dBA) $\leq 67$ Թրթռման գագաթնակետը (մկմ) $\leq 5$ Էլեկտրականություն AC միաֆազ 220V/50Hz Օդի հավասարակշռության կենսաբանական պաշտպանություն

					<p>Անձնակազմի պաշտպանություն.  ա.Ազդեցության նմուշառման  գաղութների ընդհանուր  թիվը՝<math>\leq 10CFU/</math>ժամանակ բ. Սլոտի  նմուշառողի գաղութների ընդհանուր  թիվը:<math>\leq 5CFU/</math>ժամանակ  Արտադրանքի պաշտպանություն  1-8CFU/ml (կրկնել 3 անգամ, 5  րոպե/ժամ) գաղութների ընդհանուր  թիվը:<math>\leq 5CFU/</math>ժամանակ Խաչածե  աղտոտման պաշտպանություն  1-8CFU/ml (կրկնել 3 անգամ, 5  րոպե/ժամ) գաղութների ընդհանուր  թիվը՝<math>\leq 5CFU/</math>ժամ Առավելագույն  հզորությունը (KV·A) <math>\leq 1,5</math>  (ներառված է պահեստային  վարդակից) Քաշը (կգ) 230/240  Աշխատանքային գոտու չափս  (վ***չ) 1000*520*640 մմ Արտաքին  չափերը (W*D*H) 1165*760*2200 մմ  LED լամպ 15W*2հատ  Ուլտրամանուշակագույն լամպ  20W*1բ Լուսավորություն (Lux)  1000 Մատակարարման և  արտանետման խողովակի  տրամագիծը (մմ) <math>\Phi 250</math> Քամու  ուղղությունը Վերևից դուրս</p>
--	--	--	--	--	--