# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 21 | WACS-100L | WACS-100L | DaiHan Scientific | DaiHan Scientific, Fisher Scientific, կամ Memmert GmbH: Ուղղահայաց ավտոկլավ ամբողջովին ավտոմատ աշխատանքային համակարգով ; Աշխատանքային խցիկի ծավալը 100 լ, չժանգոտող պողպատից: Ստերիլիզացման ցիկլեր (պինդ և հեղուկ նյութերի համար): +5 մինչև 132˚C , 121˚C ± 0,5˚C ճշգրտությամբ: Ճնշում: 1,2 կգ/սմ2 121˚C-ում; 2,0 կգ/սմ2 132˚C-ում, ճշգրտությունը՝ 0-3 կգ/սմ2 Ջերմային հզորություն: 2 կվտ*2 : չժանգոտվող պողպատից զամբյուղ, տրամագիծը = 420մմ, բարձրությունը = 240 մմ, ներառյալ 2 զամբյուղ: Աշխատանքային խցիկի չափը: տրամագիծը = 450մմ, բարձրությունը = 630 մմ Սարքը ունենա LCD էկրան, թայմեր 60ր , ձայնային և լուսային ազդանշաններ: Սարքն ունենա CE, GMP ,ISO 9001, ISO 13485 սերտիֆիկատները: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Էլեկտրամատակարարում: AC 120 Վ, 60 Հց կամ AC 230 Վ, 50/60 Հց, միաֆազ; Երաշխիք՝ 1 տարի Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 21 | WACS-100L | WACS-100L | DaiHan Scientific | DaiHan Scientific, Fisher Scientific, կամ Memmert GmbH: Ուղղահայաց ավտոկլավ ամբողջովին ավտոմատ աշխատանքային համակարգով ; Աշխատանքային խցիկի ծավալը 100 լ, չժանգոտող պողպատից: Ստերիլիզացման ցիկլեր (պինդ և հեղուկ նյութերի համար): +5 մինչև 132˚C , 121˚C ± 0,5˚C ճշգրտությամբ: Ճնշում: 1,2 կգ/սմ2 121˚C-ում; 2,0 կգ/սմ2 132˚C-ում, ճշգրտությունը՝ 0-3 կգ/սմ2 Ջերմային հզորություն: 2 կվտ*2 : չժանգոտվող պողպատից զամբյուղ, տրամագիծը = 420մմ, բարձրությունը = 240 մմ, ներառյալ 2 զամբյուղ: Աշխատանքային խցիկի չափը: տրամագիծը = 450մմ, բարձրությունը = 630 մմ Սարքը ունենա LCD էկրան, թայմեր 60ր , ձայնային և լուսային ազդանշաններ: Սարքն ունենա CE, GMP ,ISO 9001, ISO 13485 սերտիֆիկատները: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Էլեկտրամատակարարում: AC 120 Վ, 60 Հց կամ AC 230 Վ, 50/60 Հց, միաֆազ; Երաշխիք՝ 1 տարի Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք։ |