

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	HI5222	HI5222	Hanna Instruments	Hannah Instruments:LCD Էկրանով, զգայուն ստեղներով, pH տիրույթը՝ -2.0 to 20.0 pH / -2.00 to 20.00 pH / -2.000 to 20.000 pH; ճշտությունը՝0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH, 5 կետերում տրամաչափման հնարավորությամբ, -20.0 to 120.0 °C աշխատանքային տիրույթով, ՕԿՊ տիրույթը՝ ±2000.0 մՎ Ճշտությունը՝ 0.1 մՎ, ISE տիրույթը՝ 1 x 10 ⁻⁶ -ից 9.99 x 10 ¹⁰ կոնցենտրացիա Հավաքածուն ներառում է Էլեկտրոդների հենարան, pH 4.01; և 7.01 բուֆերային լուծույթներ, Էլեկտրոդի մաքրման լուծույթ, 3.5M KCl Էլեկտրոլիտի լուծույթ (30 մլ) Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի

				երաշխիք:
--	--	--	--	----------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	HI5222	HI5222	Hanna Instruments	<p>Hannah Instruments: LCD էկրանով, զգայուն ստեղներով, pH տիրույթը՝ -2.0 to 20.0 pH / -2.00 to 20.00 pH / -2.000 to 20.000 pH; ճշտությունը՝ 0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH, 5 կետերում տրամաչափման հնարավորությամբ, -20.0 to 120.0 °C աշխատանքային տիրույթով, ՕԿՊ տիրույթը՝ ±2000.0 մՎ ճշտությունը՝ 0.1 մՎ, ISE տիրույթը՝ 1×10^{-6}-ից 9.99×10^{10} կոնցենտրացիա Հավաքածուն ներառում է էլեկտրոդների հենարան, pH 4.01; և 7.01 բուլֆերային լուծույթներ, էլեկտրոդի մաքրման լուծույթ, 3.5M KCl էլեկտրոլիտի լուծույթ (30 մլ) Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի</p>

Երաշխիք: