

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմնունֆարմ ՍՊԸ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	TB3T-ՈՒԱ-1(50)	TB3T-ՈՒԱ-1(50)	ՊԵՏՐՈՍՆԱԼԻՏԻԿԱ ՍՊԸ	Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման համար՝ դիզելային վարելիքի ստանդարտ նմուշ, որը բռնկվում է 550 C -ում (250մլ.-ոց) Ստանդարտ նմուշներ արտադրող ընկերությունը հավատարմագրված է ԻՍՕ 17034 ստանդարտի պահանջների համապատասխան: Ստանդարտ նմուշները ունեն սերտիֆիկատ, որտեղ նշված է սերտիֆիկացված արժեքը և չափման անորոշության (սխալանքի) արժեքը: Ստանդարտ նմուշների պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին մեկ տարուց ոչ պակաս







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ТВЗТ-ПА-1(50)	ТВЗТ-ПА-1(50)	ՊԵՏՐՈՍԿԱՆԿԻՍԻԿԱՍՊԸ	Բռնկման ջերմաստիճանի որոշման համար՝ դիզելային վարելիքի ստանդարտ նմուշ, որը բռնկվում է 550 C -ում (250մլ.-ոց) Ստանդարտ նմուշներ արտադրող ընկերությունը հավատարմագրված է ԻՍՕ 17034 ստանդարտի պահանջների համապատասխան: Ստանդարտ նմուշները ունեն սերտիֆիկատ, որտեղ նշված է սերտիֆիկացված արժեքը և չափման անորոշության (սխալանքի) արժեքը: Ստանդարտ նմուշների պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին մեկ տարուց ոչ պակաս