

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Профлаб 000-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19				







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Профлаб ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-ЕЦХЦПЗР-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Лабтех	Лабтех	Лабтех	Прибор может выполнять разнообразные аналитические измерения в спектральном диапазоне от 340 нм до 900 нм. Устройство предварительно запрограммировано электронно более чем на 80 широко используемых методов химического анализа. В комплект поставки прибора входят насадки для кювет: круглая кювета диаметром 16 мм, квадратная кювета диаметром 10 мм, колба диаметром 13 мм. Диапазон растворенного кислорода: от 0,0 до 10,0 мг/л (в пересчете на O <sub>2</sub> ) Адаптация стандартных методов измерения содержания растворенного кислорода в воде и сточных водах, Диапазон щелочности от 0 до 500 мг/л (по CaCO <sub>3</sub> ) Формула щелочности 1 мг/л Точность определения щелочности ±5 мг/л ±5% от показания Метод щелочности Колориметрический

			<p>метод Диапазон щелочности морской воды от 0 до 300 мг/л (по CaCO<sub>3</sub>) Формула щелочности морской воды 1 мг/л. Щелочность морской воды Точность ±5 мг/л ±5% от показания Метод определения щелочности морской воды Колориметрический метод Диапазон содержания алюминия от 0,00 до 1,00 мг/л (как Al<sup>3+</sup>) Алюминий Точность ± 0,04 мг/л ± 4 % от показания Анионные поверхностно-активные вещества Диапазон от 0,00 до 3,50 мг/л (как SDBS) Диапазон содержания брома от 0,00 до 8,00 мг/л (по Br<sub>2</sub>) Бром Точность ±0,08 мг/л ±3% от показания Диапазон кальция от 0 до 400 мг/л (по Ca<sup>2+</sup>) Кальций Точность ±10 мг/л ±5% от показания Диапазон хлоридов от 0,0 до 20,0 мг/л (в пересчете на Cl) Точность измерения хлоридов ±0,5 мг/л ±6% от показания и т. д. Поставляется с кюветой диаметром 22 мм и крышкой, адаптерами для квадратных кювет диаметром 10 мм, круглыми 13 мм и 16 мм, тканью для протирания кювет, ножницами, USB, литий-ионной аккумуляторной батареей, адаптером питания от 115 В переменного тока до 15 В постоянного тока, USB-накопителем, руководством по эксплуатации и сертификатом качества. Товар должен быть новым (не менее 1 года),, неиспользованным и не должен содержать полуизношенных деталей.</p> <p>Согласуйте товар с клиентом перед доставкой. В комплект входит гарантия 1 год, установка мебели, регулировка во время доставки.</p>
--	--	--	---