

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Climate chamber	ICH110L	Memmert	Աշխ. ջերմաստիճանի միջակայքն առանց խոնավության՝ առնվազն 0-ից +60 °C: Ջերմաստիճանի սահմանման միջակայքը՝ առնվազն 0-ից +60 °C: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն +5 °C-ից +70 °C խոնավության և/կամ լույսի պայմաններում: Խոնավության մատակարարում թորած ջրով արտաքին անոթից՝ օգտագործելով հատուկ պոմպ: Խոնավացում տաք գոլորշու գեներատորի միջոցով: Խոնավությունը, ակտիվ խոնավացումը և չորացումը կարգավորվում են 10-80 % հարաբերական խոնավության տիրույթում, հարաբերական խոնավության թվային էկրանով - էկրանի թույլատրելիությունը 0,1 %, ճշգրտությունը առնվազն 0,5 %: Լուսավորման համակարգը բաղկացած է 3 սառը սպիտակ լույսի լյումինեսցենտային լամպերից (ստանդարտ լամպ D65, 6500 K) և 2

ուլտրամանուշակագույն լամպերից՝ առնվազն 320-400  
նմ սպեկտրի տիրույթում: Ցերեկային և  
ուլտրամանուշակագույն լույսը կարող է ծրագրավորվել  
առանձին՝ օգտագործելով կարգավորիչը: Սառը  
սպիտակ լույս  $\square$  6 %, ուլտրամանուշակագույն լույսի  
համար  $\square$  10 %: Օդի հարկադիր շրջանառությունը  
օդափոխիչի կողմից աշխատանքային խցիկում  
կարգավորվում է 10-ից 100 %: <<Ծրագրակազմը  
ծրագրավորվում է USB կրիչի վրա՝ ինտերֆեյսի կամ USB  
պորտի միջոցով ծրագրերի ծրագրավորման,  
կառավարման և փոխանցման համար>> Ներքին  
չափսերը՝ L x F x H՝ առնվազն 560 x 480 x 400 մմ:  
Ծավալը՝ 108  $\square$  10 լ: Մաքս. խցիկի բեռնվածությունը 150  
 $\square$  10 կգ: Լարումը՝ 230 Վ, 50/60 Հց, մոտ. 1450 Վ.  
Լարումը՝ 115 Վ, 50/60 Հց, մոտ 1450 Վ: Արտադրողը  
պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի  
հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE  
համապատասխանության հավաստագիր: Ցուցակում  
առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն  
վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և  
չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ  
դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ  
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը  
ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք,  
մատակարարման ժամանակ իրականացնել  
սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և  
համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ  
աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի  
կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել

				ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային սամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТЛР-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				