

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|--|------------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 18 | Automatic Veterinary 3-Diff Hematology Analyzer | BK-5000VET | Biobase | Սարքը ունի թաջսքրին էկրան, Ամբողջական արյան 3-part DIFF հնարավորություն, առնվազն 21 պարամետրեր և 3 հիստոգրամներ, Առնվազն 58 նմուշ/ժ: Չափումը կատարվում է հեմոգլոբինի կոլորիմետրի որոշման եղանակով և Կուլտերի սկզբունքով Պարամետրերը՝ առնվազն WBC, LY#, MID#, GR#, LY%, MID%, GR%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC Հիստոգրամներ՝ առնվազն 3 հատ, ներառյալ WBC, RBC, PLT Առնվազն 12 նախապես ծրագրավորված կենդանիների տեսակներ, ներառյալ շնագզիներ, կատվազգիներ, ձիեր, կովեր, մկներ, խոզեր, Նապաստակներ; 4 տեսակներ՝ ըստ ընտրության Թեստավորումը կատարվում է ամբողջական արյունից, կամ ծայրամասային արյունից Նմուշի ծավալը՝ 10 մկլ |

(շեղումը՝ 10 %) Առնվազն 50,000 արդյունքների պահպանման համար հիշողություն: Ռեազենտների կառավարման ինտելիգենտ համակարգ՝ մնացորդային ռեազենտների մասին ինֆորմացիայով: Միացումները՝ RS232, HDMI, USB, LAN և անլար՝ WiFi, Bluetooth Սարքի հետ պետք է մատակարարել 3dի արյունաբանական սարքի համար անհրաժեշտ 3 հիմնական ռեազենտները (լուծույթները)՝ դիլուենտ (առնվազն 50 թեստ), դետերգենտ (առնվազն 50 թեստ), լիզիսի ենթարկող ռեազենտ (առնվազն 50 թեստ) : Հեմոլիտիկի հետ միասին օգտագործվում է դետերգենտ լվացող միջոց: Լվացող միջոցն անմիջականորեն չի մասնակցում արյան անալիզներին, այն նախատեսված է անալիզատորի հիդրավլիկ համակարգը լվանալու և չափիչ համակարգը պատրաստել հաջորդ վերլուծության համար: Մաքրող լուծույթներն անհրաժեշտ են նմուշառման ասեղի, խողովակների և բացվածքների լրացուցիչ խորը մաքրման համար: Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Ներկայացուցից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 18 | | | | |