ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Չինաստան	Չինաստան	CS350M	Չինաստան	Օդափոխվող քիմիական պահարանի արտաքին չափսերը պետք է լինեն ոչ պակաս քան. - երկարություն՝ 1800 մմ, - խորություն՝ 740 մմ, - բարձրություն՝ 2300 մմ: Աշխատանքային մասի չափսերը նվազագույնը պետք է լինեն. - երկարություն՝ 1770 մմ, - խորություն՝ 600 մմ, - բարձրություն՝ 1240 մմ: Օդափոխվող քիմիական պահարանի բարձրությունը պետք է լինի ղեկավարվող նվազագույնը 4 հենական մեխանիզմով առնվազն 10 մմ նվազագույն տրամագծով: Հենարանների ղեկավարվող

						բարձրությունը նվազագույնը 40 մմ: Քիմիական պահարանը պետք լինի բաղկացած առնվազն երկու հիմնական մասերից, հավաքվող կաղապարից և վերին տուփից: Քիմիական պահարանի հիմքը պետք է բաղկացած լինի երկու կողային պողպատե ուղղանկյուն լայնական հատույթով պրոֆիլներից նվազագույնը 60×30մմ չափսերով, առնվազն 2 մմ հաստությամբ, համակարգի ամրություն ապահովելու համար ինչպես նաև հողանցումով ապահովված: Ձոդված մասերը պետք է լինեն մանրակրկիտ մաքրված և ներկման պատրաստված նախնական ծածկով: բոլոր հանգույցները պետք է լինեն ներկված RAL 7035 փոշեներկով: Առաջնային տուփի հենարանները պետք է պատրաստված լինի միաձույլ ալյումինե պրոֆիլներից նվազագույնը 130*103 մմ հատույթով, աերոդինամիկ կորացումներով երկու կողմերից ուղղահայաց ուղությամբ: Պրոֆիլի առջևի կողմը, շարժական փակիչով, պետք է թեքված լինի դեպի

						բարձրացնող էկրանները, որպեսզի ապահովի շերտավոր օդի հոսքը: Դարակաշարերի դիզայնը պետք է թույլ տա դրանցում առանց միջամտության և հակակշիռների ապահով տեղադրել լրացուցիչ սարքավորումներ: Դարակները պետք է ներկված լինեն RAL 7035 փոշեներկով: Հեշտությամբ հանվող ալյումինե ծածկերը պետք է ներկված լինեն RAL 5023 փոշեներկով: Չի թույլատրվում խրոցակների դարակներին ամրացում ինքնահատ պտուտակներով, պտուտակներով կամ գամերով: Աջ սյան հեշտությամբ շարժվող փակիչի վրա պետք է տեղադրվի հետևյալը. - քիմիական պահարանի լուսավորության անջատիչ (կոճակ), փոշու և խոնավության պաշտպանության դաս IP54, - առնվազն 2 ցողման դիմացկուն վարդակներ՝ փականով, փոշուց և խոնավությունից առնվազն IP54 պաշտպանության դասով, որոնք նախատեսված են յուրաքանչյուրը 3.2 կՎտ հզորության համար: Տուփը պետք է ունենա հետևյալ դիզայնը. -

						կողային պատերը պետք է պատրաստված լինեն ապակուց, ամրացված ալյումինե պրոֆիլներից պատրաստված շրջանակների մեջ, փոշեներկված RAL 7035 ներկով: Աշխատանքային խցիկի ետին պատը, օդափոխման վահանակները և տանիքը պետք է պատրաստված լինեն պոլիպրոպիլենից: առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Օդափոխման վահանակները պետք է հեշտությամբ շարժական լինեն: - աշխատանքային խցիկի ներսում տանիքի վրա պետք է տեղադրված լինի առնվազն 10 Վտ հզորությամբ LED լամպ փոշուց և խոնավությունից IP65 պաշտպանության դասով: - օդափոխման համակարգին միանալու համար աշխատանքային խցիկի տանիքին պետք է տեղադրվի առնվազն 250 մմ տրամագծով պոլիպրոպիլենային եզր, 16Ա հոսանքի անջատիչով միացման տուփ: Աշխատանքային խցիկը պետք է ունենա արտանետման առնվազն 3 մակարդակ: Աշխատանքային տարածքը պետք է ունենա ծածկ՝ թրծված ապակուց

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					

երկու կախովի ամբարձիչով և ալյումինե պրոֆիլից պատրաստված շրջանակի մեջ, փոշեներկված RAL 7035 ներկով: Էկրանների բարձրացման մեխանիզմը պետք է ապահովի դրանց հեշտ տեղաշարժը և հուսալի ամրագրումը ցանկացած մակարդակում: Ստորին էկրանի շարժման արագությունը պետք է լինի կրկնակի մեծ վերին էկրանի շարժման արագությունից: Էկրանների բարձրացման ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 780 մմ: Երբ աշխատանքային տուփը լիովին բաց է, էկրանները չպետք է դուրս գան պահարանի մարմնի չափսերից այն կողմ: Վերին փիքսված էկրանը՝ 395 մմ-ից ոչ ավելի բարձրությամբ, պետք է պատրաստված լինի պողպատից՝ առնվազն 1 մմ հաստությամբ, փոշեներկված RAL 5023 ներկով: Էկրանների հակակշիռները պետք է տեղադրվեն միաձույլ ալյումինե պրոֆիլից պատրաստված առջևի հենասյուներում՝ հեշտությամբ շարժվող ալյումինե փակիչով և էկրանին պետք է միացված լինեն

						պոլիամիդային հիմքից պատրաստված առնվազն 4 մալուխներով փականային համակարգի միջով: Էկրանի բարձրացման կամ իջեցման համար պահանջվող ուժը չպետք է գերազանցի 30 Ն: Առջևի բռնակը պետք է ունենա առնվազն 1534 մմ երկարություն, պատրաստված միաձույլ ալյումինե պրոֆիլից, փոշեներկված RAL 5023 ներկով և ունենա աերոդինամիկ կլորացված պրոֆիլ: Բռնակի ծայրերը պետք է պաշտպանված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Բռնակը պետք է տեղադրված լինի էկրանի ուղղահայաց հարթության համեմատ անկյան տակ և ունենա աերոդինամիկ բացվածք: Բռնակի ձևը պետք է ապահովի աշխատանքային տարածքի ամբողջական փակումը, երբ էկրաններն իջեցնում են ներքև՝ փորձերի ժամանակ ռեակտիվների հնարավոր արտահոսքից պաշտպանվելու համար՝ միաժամանակ պահպանելով օդային տարածություն բռնակի տակ,

						առնվազն 15 մմ բարձրությամբ, արդյունավետ ձգման և օդափոխության համակարգի վրա բեռի նվազեցնելու համար: Տուփի աշխատանքային մակերեսը (սեղան). - տուփի աշխատանքային սեղանը պետք է պատրաստված լինի ամուր կերամիկական ապակեպատ սալաքարից՝ առնվազն 20 մմ հաստությամբ: Վահանակի նյութը պետք է դիմացկուն լինի ագրեսիվ քիմիական նյութերին, քերծվածքներին, բաց կրակի նկատմամբ և կարող է դիմակայել ագրեսիվ լվացող միջոցով կրկնվող մաքրմանը: Սեղանի նյութը պետք է ունենա արձանագրություն, որը հաստատում է, որ նյութը կարող է դիմակայել առնվազն 24 ժամ շփմանը՝ առանց մակերեսի վրա որևէ փոփոխության հետևյալ նյութերին և ազդեցություններին. - խտացված ծծմբական թթու (96 %), - ազոտական թթու (70 %), - աղաթթու (37 %), - արքայաջուր, - քրոմային թթուների խառնուրդներ, - ալկալիներ, օրգանական լուծիչներ, - ներկեր, - նոսր անօրգանական և օրգանական թթուներ, - սառը և

						տաք ջրի երկարատև ազդեցություն, - ջերմային ազդեցություն մինչև 600 °C (կարճաժամկետ մինչև 800 °C), առնվազն 500 Ն ուժով ազդեցության դիմադրություն, - դիմադրություն քայքայումին առնվազն 50 Ն ուժով: Համակարգը պետք է ունենա ներկառուցված պահարան մետաղից, տեղադրված աշխատանքային տուփի տակ՝ շրջանակի հիմքում: Պահարանի արտաքին ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն ոչ պակաս, քան. - երկարությունը՝ 1734 մմ, - խորությունը՝ 460 մմ, - բարձրությունը՝ 700 մմ: Կաբինետը պետք է պատրաստված լինի առանց եռակցված շրջանակներիի օգտագործման: Պահարանի կոշտությունը պետք է ապահովվի ծալված թիթեղից պատրաստված մասնագիտացված կառույցներով: Պահարանի իրանը պետք է ամբողջությամբ պատրաստված լինի պողպատից՝ առնվազն 1 մմ հաստությամբ, ներկված RAL 7035 փոշեներկով: Կաբինետը պետք է բաժանվի երկու հավասար բաժանմունքների: Կաբինետի

						հետևի պատին պետք է լինի առնվազն 100 մմ տրամագծով անցք՝ կցապռունկ տեղադրելու համար: Կաբինետի դիզայնը և կցապռունկի գտնվելու վայրը պետք է ապահովեն ռեագենտի գոլորշիների հեռացումը պահարանի երկու խցիկներից: Պահարան պետք է ունենա մեկ հեշտությամբ շարժվող դարակ, որը կարող է տեղադրվել պահարանի ինչպես աջ, այնպես էլ ձախ խցիկում: Դարակը պետք է ամբողջությամբ շարժական լինի, պահարանում տեղադրված լինի չժանգոտվող պողպատից կեռիկներ և ունենա կողպեք: Դարակը պետք է հնարավոր լինի տեղադրվել առնվազն 3 տարբեր բարձրության մակարդակներում: Պահարանի դարակի և հատակի վրա առավելագույն թույլատրելի բեռը պետք է լինի առնվազն 30 կգ: Պահարանը պետք է հագեցած լինի առնվազն 800×416×40 մմ չափսերով պոլիպրոպիլենային կուվետով (պոլիպրոպիլենի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 6 մմ): Սեղանի շարժական դռները պետք է պատրաստված

					լինեն HPL պլաստիկից՝ առնվազն 4 մմ հաստությամբ: Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա պինդ կապույտ պոլիպրոպիլենային բռնակ՝ ուղղահայաց տեղադրված, 140 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ: Քիմիական պահարանը պետք է ներառի պահարանի շրջանակի հիմքում տեղադրված առնվազն 2 կողային տուփ: Յուրաքանչյուր տուփի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 739x98x20 մմ: Տուփերը պետք է պատրաստված լինեն պողպատից՝ առնվազն 0.8 մմ հաստությամբ, ներկված RAL 7035 փոշեներկով՝ շագրենային հյուսվածքով: Արկղերը պետք է ամրացվեն կաբինետի շրջանակի հիմքին, օգտագործելով ինքնահատ պտուտակներ: Երաշխիքային ժամկետը պետք է կազմի առնվազն 18 ամիս: